

GE Healthcare

MAC™ 600

Analyssystem för vilo-EKG
Användarhandbok

Programversion 1.0
2047426-030 Revision F



MAC™ 600 Analyssystem för vilo-EKG
Swedish
© 2009, 2011, 2013, 2016-2017, 2019
General Electric Company.
Med ensamrätt.

Dokumentinformation

Uppgifterna i detta dokument är endast tillämpliga på MAC™ 600 analysystem för vilo-EKG med programvara version 1.0. Den är inte tillämplig på tidigare produktversioner. Specifikationerna i det här dokumentet kan ändras utan meddelande p.g.a. fortlöpande produktutveckling.

CardioSoft, Hookup Advisor, MAC, MULTI-LINK, MUSE, MACTRODE och 12SL är varumärken som tillhör GE Medical Systems *Information Technologies*, ett företag som ingår i General Electric Company och som marknadsförs under namnet GE Healthcare. Alla andra varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare.

Huvudkontor i Indien

Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd.

No.4, Kadugodi Industrial Area

Bangalore - 560 067

Karnataka

Indien

Tel: +91 80 21 2845 2923/25/26

Fax: +90 80 28452924

www.gehealthcare.com

Denna produkt uppfyller kraven gällande medicintekniska produkter från följande tillsynsorgan. För mer information om compliance, se Säkerhetsguide och bestämmelser för denna produkt.



Dokumentets delnummer och revision anges på varje sida i dokumentet. Revisionen anger dokumentets senaste uppdatering. Revisionshistoriken för detta dokument sammanfattas i nedanstående tabell.

Revision	Datum	Beskrivning
A	01 oktober 2009	Handbokens första utgåva.
B	28 juni 2011	Reviderat uttalande för Avsedd användning. Tillägg av CardioSoft-konfiguration. Uppdatering av Serie-överföring.
C	15 juli 2013	Uppdaterad TUV-symbol, produktetikett och baksidesfoto.
D	7 juli 2016	Tillagda varningar och symboler. Uppdaterad baksidesbild av produkten.
E	13 juli 2017	Uppdaterade bilder på baksidan i utrustningsöversikt och i Anslutning av nätadaptern i underhåll.
F	Den 15 februari 2019	Uppdaterad information om CE märkning.

För att komma åt andra GE Healthcare Diagnostic Cardiology-handböcker, gå till Common Documentation Library (CDL) på www.gehealthcare.com/documents och klicka på **Kardiologi**.

För att få tillgång till dokument från tillverkare av originalutrustning (OEM), gå till webbplatsen för produktens tillverkare.

Detta dokument beskriver MAC 600 analysystem för vilo-EKG, vilket också hänvisas till som "produkten", "systemet" eller "enheten". Dokumentet avses att användas av behörig vårdpersonal som genomgått lämplig vård- och produktutbildning och till dem som använder, underhåller och/eller felsöker MAC 600.

Detta dokument är avsett som ett komplement till, inte en ersättning för, grundlig produktutbildning. Om du inte har fått utbildning om användningen av systemet ska du begära hjälp med utbildning från GE Healthcare.

För att se tillgänglig utbildning, gå till GE Healthcares utbildningswebbplats (www.gehealthcare.com/training). Välj *Education>Product Education-Technical> Diagnostic Cardiology*.

För fler erbjudanden om kurser, verktyg och referenshandböcker som kan vara användbara besöker du GE Healthcare Education Store på www.gehealthcare.com/educationstore.

MAC EKG-vagnar

2098702-030 Revision B
2 december 2016

Utskrift av fel EKG för en patient

Datoriserade elektrokardiografer kan skriva ut EKG:er som har förvärvats tidigare. Om EKG:er förvärvas efter varandra utan någon patientinformation ökar därför risken för att ett tidigare förvärvat EKG av misstag skrivs ut och används som om det vore patientens aktuella EKG.

För att undvika detta problem, förvärva EKG:er enligt de steg som beskrivs i detta dokument. Kontrollera alltid datum/tidstämpeln på rapporten för att se om den överensstämmer med datumet/tiden då du förvärvade EKG:et.



GE Medical Systems *Information Technologies*, Inc., ett General Electric företag, marknadsförs som GE Healthcare.
8200 West Tower Avenue Milwaukee, WI 53223 U.S.A.
© 2016 General Electric Company.
Med ensamrätt.

Observera datumet och tiden för förvärv


Varje utskriven rapport anger datumet och tiden då EKG:et förvärvades, detta av flera skäl:

- Om det inte finns någon identifierande patientinformation på rapporten fungerar datumet/tiden som den enda unika identifieraren för den rapporten.
- Om flera EKG:er förvärvas för en patient används datumet/tiden för att sortera uppsättningen av seriella EKG:er så att en läkare kan läsa de EKG-förändringar som är nödvändiga för att identifiera specifika tillstånd.[1]
- För att korrekt utvärdera en patient och tolka patientens EKG är det viktigt att veta när EKG:et förvärvades i förhållande till patientens symptom och/eller behandling. [1, 2, 3]
- Förvärv av ett EKG vid rätt tidpunkt har befunnits vara den viktigaste faktorn för att reducera tiden till behandling för nödprocedurer vid hjärkatetreringslaboratorier.[4, 5, 6, 7] Därför är datumet och tiden för ett EKG-förvärv en nödvändig parameter för europeiska dataregister som används för att utvärdera och förbättra tiden till behandling.[8, 9, 10, 11]

Som ett resultat skriver GE Healthcare ut datumet/tiden för förvärv på varje rapport och denna praxis har införts som ett säkerhets- och prestandakrav för datoriserade elektrokardiografer i Europa.[12]

Kontrollera datum och tid för EKG-förvärv

Innan du levererar rapporten för ett EKG som du har förvärvat, verifiera alltid att datum/tidstämpeln på rapporten överensstämmer med det aktuella datumet och tiden som visas på elektrokardiografen. Se följande exempel:



Objekt	Beskrivning
1	Datum/tidstämpeln på den utskrivna rapporten ska överensstämma med datumet och tiden då du förvärvade EKG:et.

Steg för att förvärva ett EKG


Det finns en mängd utbildningsmateriel att tillgå som beskriver korrekt hudförberedelse, elektrodplacering, etc., för att erhålla en EKG-registrering av god kvalitet. I stället för att upprepa ovanstående fokuserar detta dokument på interaktionen mellan användaren och den datoriserade elektrokardiografen för att eliminera risken för att ett tidigare förvärvat EKG av misstag skrivs ut och används som om det vore patientens aktuella EKG.

1. **Sätt på enheten och anslut patienten**

Följande diagram visar skärmens layout när enheten sätts på. I takt med att varje elektrodavledning ansluts till patienten uppdateras EKG-signalen för den elektroden på displayen i realtid.

Det övergripande syftet med denna display är att hjälpa användaren bestämma huruvida EKG-signalens kvalitet är tillräcklig för att erhålla en 12-elektroders EKG-registrering som kan skrivas ut, översändas och/eller lagras. Användaren kan välja specifika EKG-elektroder för närmare inspektion och tillämpa olika förstärknings- eller filterinställningar. Eftersom det tar

lite tid för gränssnittet hud/elektrod att stabiliseras innan ett EKG av god kvalitet kan erhållas är det under denna fas av testet sedvanligt att ange patientinformation.



Nedtill på skärmen finns det etiketter som indikerar den aktuella funktionen hos de programstyrda tangenterna (soft keys) som sitter direkt under displayen. Vissa enheter har

färre programstyrda tangenter eller dedikerade funktionstangenter (hard keys) för dessa funktioner.¹

2. **Ange patient-ID**

När så är möjligt, ange patient-ID-information. Tillsynsmyndigheter har redan fastställt att en av huvudorsakerna till medicinska fel är bristen på patient-ID-information i kliniska rapporter. Eftersom datoriserade elektrokardiografer kan lagra och skriva ut tidigare förvärvade EKG:er finns det en risk för att en utskriven rapport kan vara associerad med fel patient. Ibland föreligger situationer när patientinformation inte kan anges, såsom i en nödsituation. Om EKG:er förvärvas rutinmässigt utan någon patientinformation ökar dock risken för att ett tidigare förvärvat EKG av misstag skrivs ut och används som om det vore patientens aktuella EKG.

Det går att konfigurera vissa elektrokardiografer från GE Healthcare till att kräva att någon form av patientidentifikation anges innan ett EKG förvärvas. Om emellertid en användare aldrig vill ange någon patientinformation blir den tidigare nämnda konfigurationen oanvändbar och stängs av.


Alternativ att överväga: Streckkodsläsare eller annan automatiserad metod

Om streckkoder används i din kliniska miljö kan vissa elektrokardiografer från GE Healthcare konfigureras med en streckkodsläsare. Detta gör det mycket enkelt att ange noggrann patientdemografi från patientens handledsband eller en utskriven etikett. Inom några sekunder kan en EKG-registrering på ett unikt sätt identifieras och associeras med korrekt patientinformation utan några typografiska fel. Enheter från GE Healthcare kan också stödja kortläsare eller andra sofistikerade lösningar, såsom automatisk samverkan med system som ger patientinformation.

1. MAC 1200 har inga programstyrda tangenter. Alla funktioner stöds via funktionstangenter. Till exempel väljs patientinformation via en dedikerad funktionstangent. MAC 600 och MAC 800 har 4 programstyrda tangenter. MAC 1600, MAC 2000, MAC 3500, MAC 5000, MAC 5500 och MAC 5500 HD har 6 programstyrda tangenter såsom visas i steg 1.

3. Tryck på funktionsknappen för att förvärva ett EKG

För att förvärva en 12-elektroders EKG-registrering, tryck på elektrokardiografens funktionstangent som är dedikerad för detta ändamål.² På vissa enhetsmodeller har också patientkabeln en funktionstangent för att förvärva ett EKG.




Om du trycker på funktionstangenten igen förvärvas ett annat EKG med en senare tidstämpel för förvärvet.

2. På MAC 1200 är funktionstangenten grön och märkt "start". För de andra MAC-vagnarna är funktionstangenten märkt "ECG".

4. Tangenter för Skriv ut/Kopiera är nu aktiverade

Vid detta tillfälle visar skärmmenyn följande.³



Detta är den enda punkten i arbetsflödet när tangenterna Skriv ut/Kopiera är aktiva. Syftet med tangenterna Skriv ut/Kopiera är att låta dig inspektera EKG-rapporten på displayen före utskrift eller, om nödvändigt, generera extra kopior.

Om du under detta steg trycker på funktionstangenten för att registrera ett EKG så förvärfvas ett annat EKG med samma demografi. Än viktigare är dock att detta nyss förvärfvade EKG ersätter det tidigare EKG:et som väntade på att skrivas ut med tangenterna Skriv ut/Kopiera.

5. Välj en annan programstyrd tangent - Tangenterna Skriv ut/Kopiera inaktiveras

Om "Same Pat" eller "Next Pat" väljs återgår enheten till steg 1 med patientdemografen korrekt bibehållen eller rensad.⁴

6. När du är klar

Stäng av enheten.⁵ Eller, om det är önskvärt att lämna enheten påslagen, återför den till "Main Menu" eller välj "Next Pat". Lämna inte enheten i ett läge där den håller på att förvärva

3. Vissa enheter kan konfigureras till att ha en skärm för förhandsvisning av utskrifter. I detta fall visar skärmen inte längre kurvor i realtid. I stället visas rapporten som precis har förvärfvats. Om du vill acceptera den rapporten, välj "continue" och nästa skärm som visas illustreras i steg 4.

4. På MAC 1200, om funktionstangenten "Pat Info" trycks in, så inaktiveras funktionstangenten "Copy".

5. Vissa enheter kan konfigureras till att stängas av automatiskt.

en EKG-rapport för en patient. Tänk på att nästa person kanske inte har samma utbildning som du har. Så lämna enheten i ett läge där den är redo att starta ett nytt test.

Vad du bör göra:

Var och en av följande åtgärder förhindrar utskrift av fel EKG för en patient:

- Trycka på EKG-knappen för att registrera ett EKG.
- Trycka på "Next Patient", "Same Patient" eller "Main Menu" när EKG-testet är klart.
- Stänga av enheten mellan användningstillfällen.
- Ange patientinformation för varje patient.
- Kontrollera datumet/tiden för förvärv för att se om uppgifterna överensstämmer med tiden då du förvärvade EKG:et.

Bibliografi

1. Roffi, M., et al., *2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation*. Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC), 2016. **37**(3): p. 267-315.
2. Priori, S.G., et al., *2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death*. The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), 2015.
3. Kristensen, S.D., et al., *2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management*. The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Vol. 35. 2014. 2383-2431.
4. Rasmussen, M.B., et al., *Diagnostic performance and system delay using telemedicine for prehospital diagnosis in triaging and treatment of STEMI*. Heart, 2014. **100**(9): p. 711-715.
5. Tödt, T., et al., *Strategies To reduce time delays in patients with Acute coronary heart disease treated with primary PCI—the STOP WATCH study: a multistage action research project*. BMJ Open, 2013. **3**(9).
6. Peterson, E.D., et al., *A call to ACTION (acute coronary treatment and intervention outcomes network): a national effort to promote timely clinical feedback and support continuous quality improvement for acute myocardial infarction*. Circulation. Cardiovascular quality and outcomes, 2009. **2**(5): p. 491-9.
7. Lassen, J.F., H.E. Botker, and C.J. Terkelsen, *Timely and optimal treatment of patients with STEMI*. Nat Rev Cardiol, 2013. **10**(1): p. 41-48.
8. Danchin, N., et al., *Comparison of thrombolysis followed by broad use of percutaneous coronary intervention with primary percutaneous coronary intervention for ST-segment-elevation acute myocardial infarction: data from the french registry on acute ST-elevation myocardial infarction (FAST-MI)*. Circulation, 2008. **118**(3): p. 268-76.

9. Montalescot, G., et al., *STEMI and NSTEMI: are they so different? 1 year outcomes in acute myocardial infarction as defined by the ESC/ACC definition (the OPERA registry)*. Eur Heart J, 2007. **28**(12): p. 1409-17.
10. Gitt, A.K., et al., *BENCHMARKING IN THE MYOCARDIAL INFARCTION REGISTRY RHEINLAND-PFALZ (MIR-RLP) RESULTED IN INCREASE IN PRE-HOSPITAL ECG-RECORDING AND REDUCTION IN ISCHEMIC TIME TO REPERFUSION IN STEMI*. Journal of the American College of Cardiology, 2016. **67**(13_S): p. 658-658.
11. Hamm, C.W., et al., *ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)*. European Heart Journal, 2011. **32**(23): p. 2999-3054.
12. *International Standard 60601-2-25:2011 Medical electrical equipment. Particular requirements for safety, including essential performance, of recording and analysing single channel and multichannel electrocardiographs*, I.E.C. (IEC), Editor 2011, International Electrotechnical Commission (IEC). p. 190.

Dokumentinformation

Revisionshistorik

Dokumentets delnummer och revision anges på varje sida i dokumentet. Revisionen anger dokumentets senaste uppdatering. Revisionshistoriken för detta dokument sammanfattas i nedanstående tabell.

Revision	Datum	Beskrivning
A	29 augusti 2016	Intern version.
B	2 december 2016	Första kundversionen.

För att komma åt andra GE Healthcare Diagnostic Cardiology-handböcker, gå till Common Documentation Library (CDL) på www.gehealthcare.com/documents och klicka på **Kardiologi**.

Ytterligare hjälp

GE Healthcare har utbildad personal som är program- och teknikexperter för att svara på frågor och åtgärda problem som kan uppstå under installation, underhåll och användning av detta system.

Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för att begära ytterligare hjälp.

Innehåll

1 Introduktion

Information om användarhandboken.....	13
Syfte	13
Handbokens målgrupp.....	13
Indikationer för användning.....	13
Kontraindikationer	14
Dokumentkonventioner	14
Produktens namn	14
Illustrationer	15
Tomma sidor	15
 Säkerhetsinformation	 15
Säkerhetsmeddelanden	15
Riskmeddelanden	15
Klassificering	20
Certifieringsinformation	21
Biokompatibilitet	21
Tillverkarens ansvar	21
 Allmän information	 22
Registrera EKG under defibrillering.....	22
Registrera EKG:n på pacemakerpatienter	22
Exakthet i insignalreproduktion	23
Moduleringseffekter i digitala system	23
EMI/EMC/RF säkerhetsinformation.....	23
Komponenter och tillbehör	24
Produktsymboler	25

Serviceinformation.....	33
Servicekrav	33
Serienummeretikett.....	33
Serienummer.....	34
Produktetikett	35

2 **Produktöversikt**

Framsida	37
Sett från sidan.....	38
Baksida.....	39
Insida	40
Undersida.....	41
Tangentbord	42
Komma igång.....	43
Kontrollera innehållet i förpackningen	44
Beställa valfria tillbehör	44
Köpa valfri programvara	45
Ansluta patientkabeln	45
Fylla på papper	45
Slå på systemet	48
Konfigurera produkten	48
Kontrollera produktens funktioner	48
Använda systemet	49
Startskärm.....	50
Välja menyalternativ	51
Använda pilplattan.....	52

3	Förbereda patienten	
	Förbered patientens hud.....	53
	Placera elektroder för vilo-EKG	55
	Standardplacering med 12 avledningar	55
4	EKG-registrering	
	Registrera vilo-EKG	59
	Skriva in patientuppgifter	62
	EKG-alternativ – Före EKG-registrering	63
	EKG-alternativ – Efter EKG-registrering	65
	Anslutningsråd.....	66
	Generera rytmrapport (manuell registrering).....	67
	Automatisk lagring och automatisk sändning	68
	Konfigurera automatisk lagring	68
	Konfigurera automatisk sändning	69
5	Filhanterare	
	Introduktion	71
	Åtkomst till Filhanteraren	72

Skriva ut lagrade EKG:n	73
Rapportinställning	74
Visa lagrade EKG:n	75
Sända lagrade EKG:n via lokal linje	76
Sända lagrade EKG:n i XML-format	77
Sända lagrade EKG:n till MUSE	78
Sända lagrade EKG:n till CardioSoft v6.61	78
Ta bort lagrade EKG:n	84
Lagra EKG:n in XML-format	84
Lagra EKG:n i PDF-format	85
Använda SD-kortet (Secure Digital)	85
Låsa och låsa upp	85
Formatera SD-kortet	86
Mata ut SD-kortet från kortfacket	86
6 Systeminställning	
Introduktion	87

Åtkomst till funktionen Inställning	87
EKG	88
Vilo-EKG-rapporter	90
Avledningsföljd	92
Avledningsgrupper	92
Skrivar-inställning	94
EKG-analys	94
EKG-inhämtning	95
Systemet	96
Patientdatafrågor	98
Skärmfärger	100
Aktivering av tillvalsprogram	101
Diverse inställningar	102
Landsinställning	103
Språk	104
Datum och tid	104
AC-filter	105
Notering	105
Lagring	106
PDF-konfiguration	107
Sändning	110
Skriv inställningar	111
Lagra inställningar	112
Återställ inställningar	113

A Underhåll

Produktunderhåll	116
-------------------------------	------------

Kontrollera produkten.....	116
-----------------------------------	------------

Rengöra och desinficera externa ytor	116
--	-----

Försiktighetsåtgärder.....	117
----------------------------	-----

Rengöra skrivarhuvudet.....	118
-----------------------------	-----

Kalibreringskontroll	118
----------------------------	-----

Förebyggande underhåll.....	119
-----------------------------	-----

Förvara termopapper.....	119
--------------------------	-----

Batteriunderhåll.....	120
------------------------------	------------

Periodiskt underhåll	121
----------------------------	-----

Batterisäkerhet	121
-----------------------	-----

Byta batteriet.....	122
---------------------	-----

Ansluta eladaptern.....	123
-------------------------	-----

Ladda batteriet	123
-----------------------	-----

Laddas batteriet?	124
-------------------------	-----

När ska du ladda batteriet?	124
-----------------------------------	-----

B Felsökning

Allmänna felsökningstips.....	125
--------------------------------------	------------

Problem med utrustningen	126
---------------------------------------	------------

Systemet startar inte	126
-----------------------------	-----

Registrerad EKG-data visar oacceptabelt brus	126
--	-----

Papperstrassel	127
----------------------	-----

SD-kortfel	127
------------------	-----

Systemfel	128
-----------------	-----

C 12SL-utlåtanden

Introduktion	131
---------------------------	------------

D Rapportformat

Formatbeskrivning 135

Exempelrapporter 137

Introduktion

Information om användarhandboken

Syfte

Användarhandboken innehåller viktig information om säker och effektiv användning av MAC™ 600 EKG-analyssystem.

Handbokens målgrupp

Handboken vänder sig till behörig vårdpersonal som genomgått lämplig vård- och produktutbildning och till dem som använder, underhåller och/eller felsöker MAC 600. Produktutbildningen kan kompletteras med en genomgång av handboken för att öka kunskapen om dess innehåll.

Personer som använder MAC 600 förväntas genom sitt arbete ha erfarenhet av etablerade rutiner, praxis och terminologi som används i samband med patientvård.

Indikationer för användning

Den avsedda användningen för MAC 600 analyssystem för vilo-EKG är att samla in, analysera, visa och registrera information från elektrokardiografiska undersökningar på vuxna och barn.

Systemet, som tar 3 eller 12 EKG-avledningar, kan uppgraderas med programalternativ för analys, bland annat en tolkningsanalys för registrerade elektrokardiogram.

Användaren kan välja att överföra EKG-data till ett centralt kardiovaskulärt informationssystem.

MAC 600 är avsedd att användas av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal såväl i sjukhusmiljö och vårdmiljö som på kliniker, läkarmottagningar, vårdstationer eller varhelst EKG-testning utförs för att registrera EKG-signaler från ytelektroder.

Kontraindikationer

MAC 600 är INTE avsedd:

- att användas för fysiologisk övervakning av vitala tecken
- att användas i samband med patienttransport
- att användas för intrakardiell tillämpning
- att användas tillsammans med utrustning för högfrekvenskirurgi.

Dokumentkonventioner

I det här avsnittet anges den dokumentationspraxis som används i handboken.

Stil	Beskrivning
Fet text	Anger tangenter på tangentbordet, text som ska skrivas in eller maskinvarualternativ som knappar eller omkopplare på utrustningen.
<i>Kursiverad</i> text	Anger programvarubegrepp som används för att identifiera menyalternativ, knappar eller andra alternativ i olika fönster.

Produktens namn

Produkten som beskrivs i den här handboken är MAC 600 analyssystem för vilo-EKG. I det här dokumentet kallas den "MAC 600", "systemet" eller "produkten".

Illustrationer

Illustrationerna i den här handboken är endast avsedda som exempel. De kanske inte överensstämmer med dina egna systeminställningar eller de data du har i ditt system.

Tomma sidor

De tomma sidorna i slutet av varje kapitel har avsiktligt lämnats tomma. Du kan använda dem för egna anteckningar eller bortse från dem.

Säkerhetsinformation

Säkerhetsmeddelanden

Begreppen Fara, Varning och Viktigt används i handboken för att indikera fara och för att ange risknivå. Bekanta dig med begreppens definition och innebörd.

- **RISK** definieras som en källa till möjlig personskada.
- **FARA** indikerar en omedelbar risk som, om den inte undviks, leder till döden eller orsakar allvarlig personskada.
- **WARNING** indikerar en möjlig risk eller ett osäkert handhavande som, om detta inte undviks, kan leda till döden eller orsaka allvarlig personskada.
- **VIKTIGT** indikerar en möjlig risk eller osäkert handhavande som, om detta inte undviks, kan leda till lindriga personskador eller skador på produkt/egendom.
- **OBS!** ger råd om användning och annan nyttig information som gör att du får ut så mycket som möjligt av din utrustning.

Riskmeddelanden

I det här avsnittet anges de varningar som tillämpas på MAC 600 analyssystem för vilo-EKG.

WARNING :

OAVSIKTLIGA SPILL Stäng av produkten och kontakta servicepersonal om vätska kommit in i produkten.

För att undvika elektriska stötar och produktproblem får vätska inte tillåtas komma in i produkten.

WARNING :

MATERIALINFÖRANDE Stäng av produkten och kontakta servicepersonal om främmande ämnen trängt in i produkten.

För att undvika elektriska stötar och produktproblem får främmande ämnen inte tillåtas komma in i produkten.

WARNING :

BATTERIDRIFT Använd produkten med batteridrift om funktionell jordning inte kan säkerställas.

WARNING :

KABLAR Placera kablar långt bort från patientens hals för att undvika strykningsrisk.

WARNING :

NÄTANSLUTNING Nätkontakten måste anslutas till rätt typ av strömkälla.

WARNING :

ENGÅNGSPRODUKTER Förbrukningsprodukter är endast avsedda för engångsbruk. Dessa produkter ska inte återanvändas på grund av möjlig försämrad funktion eller smittorisk.

WARNING :

ELEKTRODKABLAR Elektrodkablar ska inte anslutas till eluttag.

WARNING :

FÖRSÄLJNINGRESTRIKTIONER Amerikansk federal lagstiftning begränsar försäljning av denna produkt till läkare eller på läkares ordination.

VARNING :

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DEFIBRILLATOR Undvik kontakt med patienten under defibrillering då detta kan orsaka allvarlig personskada eller leda till döden.

Patientsignalingångar som är märkta med CF-symboler med defibrilleringsplattor är skyddade mot skador som kan uppstå på grund av spänning vid defibrillering.

Använd endast rekommenderade elektrodkablar och andra kablar för bästa defibrillatorskydd.

Defibrilleringsplattorna måste placeras korrekt i förhållande till elektroderna för att defibrilleringen ska lyckas.

VARNING :

ELEKTRODER Polariserande elektroder (rostfritt stål eller silverkonstruktion) kan göra att restladdning finns kvar i elektroderna efter defibrillering.

EKG-signalerna blockeras av restladdningen.

VARNING :

OPERATOR Medicinteknisk utrustning som detta elektrokardiografiska system får endast användas av personer som genomgått lämplig utbildning och lärt sig hur sådan utrustning används och som kan använda utrustningen på rätt sätt.

VARNING :

PLATSKRAV Dra inte kablar på ett sådant sätt att de kan utgöra en snubblingsrisk.

Av säkerhetsskäl är alla uttag för patient- och elektrodkablar konstruerade för att undvika oavsiktlig fränkoppling om någon skulle dra i dem. Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas för produkter som är placerade ovanför patienten för att undvika att de faller ned över patienten.

VARNING :

MAGNETISKA OCH ELEKTRISKA STÖRNINGAR Magnetiska och elektriska fält kan påverka produktens funktion negativt.

Av den anledningen måste du säkerställa att alla andra produkter som används i närheten av produkten uppfyller EMC-kraven. Röntgen- eller MRT-utrustning är möjliga källor till störningar eftersom de kan avge högre nivåer av elektromagnetisk strålning.

VARNING :

KORREKT AVLEDNINGSANSLUTNING - Felaktig anslutning leder till felaktigheter i EKG:et.

VARNING :

SKADAD UTRUSTNING Produkter som är avsedda för akutvård får inte utsättas för låga temperaturer vid förvaring och transport för att undvika att fukt eller kondens bildas i produkten.

Vänta tills all fukt har avdunstat innan produkten används.

VARNING :

ELEKTRISKA STÖTAR För att minska risken för elektriska stötar får fram- eller bakstycket INTE tas bort. Försök inte att öppna extern elanslutning.

Överlåt service till behörig personal.

VARNING :

ELEKTRISKA STÖTAR Felaktig anslutning av denna utrustning kan orsaka en elektrisk stöt.

För att undvika risk för elstötar får denna utrustning endast anslutas till ett elnät med skyddsjord.

VARNING :

AVSTÄNGNING VID LÅG BATTERINIVÅ Om batteriet inte laddats tillräckligt länge, eller om flera försök gjorts för att slå på produkten i samband med låg batterinivå, måste batteriet laddas i minst en halvtimme innan produkten kan användas. Vi rekommenderar att du ser till att produkten är laddad för att undvika låga batterinivåer.

Batteriet som ingår i systemet har en hållbarhetstid på sex månader.

VARNING :

EXPLOSIONSRISK Använd INTE i närheten av lättantändliga anestesiangor eller -vätskor.

WARNING :

TILLBEHÖR (MATERIAL) Av patientsäkerhetsskäl ska endast komponenter och tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av GE Medical Systems *Information Technologies* användas.

Komponenter och tillbehör som används måste uppfylla säkerhetskraven i tillämplig IEC 60601-standard och andra väsentliga prestandabestämmelser och/eller systemets konfiguration måste uppfylla kraven i IEC-standard 60601-1-1 om elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

WARNING :

DELAR SOM KAN SERVAS Denna utrustning innehåller inga delar som kan servas av användaren.

Låt utbildad personal utföra service på apparaten.

WARNING :

ÖVERVAKAD ANVÄNDNING Den här utrustningen är avsedd att användas under direkt övervakning av legitimerad läkare.

WARNING :

STRÖMFÖRSÖRJNINGSKRAV Kontrollera att märkspänning och märkfrekvens i elnätet överensstämmer med vad som framgår av produktetiketten innan produkten ansluts till elnätet.

WARNING :

TOLKNINGSRISK Datoriserad tolkning är endast meningsfull när den utförs tillsammans med kliniska resultat.

En behörig läkare måste gå igenom alla datorgenererade kurvor.

VARNING :

RISK FÖR ELSTÖTAR Risk för elstötar föreligger vid felaktig användning av produkten. Ge noga akt på följande varningar. Om inte varningarna följs kan patientens, användarens och andra personers liv äventyras.

När produkten kopplas bort från elnätet ska kontakten först dras ur vägguttaget innan kabeln kopplas bort från produkten. I annat fall finns en risk att du kommer i kontakt med nätspänning genom att metalldelar oavsiktligt förs in i nätsladdskontakten.

Produkterna får endast anslutas till andra produkter eller system efter att det har säkerställts att detta inte utsätter patienten, användare eller miljön för fara. Kraven i standardserien IEC 60601-1-1/EN60601-1-1 måste alltid uppfyllas.

Klassificering

Produkten är klassificerad enligt IEC 60601-1 som:

Typ av skydd mot elektriska stötar	Klass I medicinsk utrustning
Skyddsgrad mot elektriska stötar	Typ CF defibrilleringssäker patientansluten del
Skyddsgrad mot inträngande vatten	Vanlig utrustning (ingående utrustning utan skydd mot inträngande vatten)
Säkerhetsgrad vid användning i närheten av lättantändlig anestesiblandning med luft, syre eller lustgas	Utrustningen är inte lämplig att användas i närheten av lättantändlig anestesiblandning med luft, syre eller lustgas
Metoder för sterilisering och desinficering som rekommenderas av tillverkaren	Inte tillämpligt
Driftsätt	Kontinuerlig drift

Certifieringsinformation



MAC 600 är CE-märkt med "CE-0459", anmält organ GMED, vilket bekräftar att systemet överensstämmer med bestämmelserna i rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och uppfyller de väsentliga kraven i bilaga 1 till detta direktiv.

Den medicinska enheten har en livstid på 7 år i enlighet med Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, huvudsakligen krav #4.



Medicinsk utrustning

Klassificerad avseende elektriska stötar, brand, mekaniska och andra specificerade risker enligt UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, IEC 60601-2-25, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-51.

Biokompatibilitet

Produktens delar, enligt beskrivning i den här handboken, och alla tillbehör som är avsedda att komma i kontakt med patienten i samband med den avsedda användningen uppfyller biokompatibilitetskraven i tillämpliga standarder. Kontakta gärna GE Healthcare eller företagets representanter om du har frågor.

Tillverkarens ansvar

GE Healthcare kan endast hållas ansvariga för effektivitet och säkerhet, tillförlitlighet och funktion om:

- Montering, ombyggnad, justeringar, ändringar eller reparationer utförs av personer som är auktoriserade av GE Healthcare.
- Elinstallationen i avsett rum uppfyller kraven i tillämpliga bestämmelser.
- Utrustningen används enligt bruksanvisningen.

Allmän information

Registrera EKG under defibrillering

Utrustningen skyddas mot påverkan av urladdningar i samband med hjärtdefibrillering för att garantera återhämtning enligt kraven i teststandarder.

Patientsignalingången till insamlingsmodulen är defibrilleringssäker. Därför är det inte nödvändigt att avlägsna EKG-elektroderna före defibrillering.

När elektroder av rostfritt stål eller silver används kan urladdningsström från defibrillatorn göra att elektroderna har kvar restladdning och orsakar polarisering eller likströms-offsetspänning. Elektropolariseringen blockerar insamlingen av EKG-signaler. För att undvika detta ska icke-polariserande elektroder (som inte bildar likströms-offsetspänning tillsammans med likström), av till exempel silver/silverklorid, användas om en situation uppstår där det är troligt att en defibrillering kommer att bli nödvändig.

Om polariserande elektroder används rekommenderar vi att elektrodkablar kopplas bort från patienten innan defibrilleringsstöten levereras.

Återhämtning genom elektroddefibrillering är elektrodens förmåga att låta EKG-kurvan återkomma efter defibrillering. Vi rekommenderar att icke-polariserande engångselektroder används enligt de återhämtningsvärden efter defibrillering som anges i AAMI EC12 4.2.2.4. (MMS P/N 9623-105 Silver MacTrodes, MMS spec.

TP9623-003). Enligt AAMI EC12 får inte polariseringspotentialen för ett elektrodpar överskrida 100 mV, 5 sekunder efter defibrilleringsurladdningen.

Registrera EKG:n på pacemakerpatienter

WARNING :

PATIENTFARA Om flera ogynnsamma förhållanden förekommer samtidigt kan pacerpulsen tolkas och räknas som QRS-komplex. Pacemakerpatienter ska alltid övervakas noga

Systemet har inte stöd för analog avkänning av pacerpuls.

Exakthet i insignalreproduktion

- Övergripande systemfel kontrolleras enligt metoder som beskrivs i AAMI EC11 3.2.7.1. Övergripande systemfel är $\pm 5\%$.
- Frekvensresponsen testas enligt den metod som beskrivs i AAMI EC11 3.2.7.2, metoder A och D.

Moduleringseffekter i digitala system

I den här produkten används digital samplingteknik som kan producera vissa amplitudvariationer för Q-, R-, och/eller S-vågor mellan olika hjärtslag vilket är särskilt påfallande vid registrering på barn.

Om detta fenomen uppmärksammas måste läkaren vara medveten om att amplitudvariationernas ursprung inte är enbart fysiologiska.

Vid mätning av spänningen i Q-, R- och S-vågorna rekommenderas att QRS-komplexet används med den största deflexionen i bestämda vågor.

EMI/EMC/RF säkerhetsinformation

I samband med installation eller användning av en medicinteknisk produkt eller ett medicintekniskt system ska användaren ta hänsyn till RF-källor, som radio- och TV-stationer och handburen eller mobil tvåvägsradioutrustning.

Om systemet används i närheten av radiofrekvensstörning (RF) och elektromagnetisk störning (EMI) som överskrider bestämmelserna i EMC-standard EN 60601-1-2 om strålningsimmunitet (högre fältstyrka än 3 volt per meter) kan vågformsdistorsion uppstå.

Särskilda försiktighetsåtgärder krävs i samband med installation och drifttagande av elektrisk utrustning för medicinskt bruk avseende elektromagnetisk kompatibilitet enligt EMC-informationen i medföljande servicehandbok. Elektrisk utrustning för medicinskt bruk kan påverkas av bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning.

Användningen av andra än angivna tillbehör, omvandlare och kablar, med undantag för omvandlare och kablar som sålts som reservdelar av systemets tillverkare, kan leda till ökade utsläpp eller minskad immunitet hos systemet.

Systemet ska inte användas i närheten av eller ovanpå annan utrustning, om det inte är nödvändigt att använda systemet i närheten av eller ovanpå annan utrustning. I sådana fall måste systemet övervakas för att verifiera normal drift i den konfiguration systemet används. Läs AAMI:s tekniska informationsrapport (TIR) 18, "Guidance on Electromagnetic Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical Engineers". Dessa riktlinjer ger god vägledning vid utvärdering av och arbete med sjukhusets EMI-miljö.

Följande åtgärder kan vidtas för att minska risken för elektromagnetiska störningar (EMI) på medicintekniska produkter och uppnå elektromekanisk kompatibilitet (EMC).

- Analysera vårdinrättningens EMC-miljö (identifiera till exempel radiosändare inom och i närheten av vårdinrättningen) och identifiera områden där medicintekniska produkter som har livsavgörande betydelse används (till exempel akutrum, intensivvård, hjärtintensiv, neonatal intensivvård).
- Öka avståndet mellan EMI-källor och utrustning som är känslig för störningar.
- Ta bort utrustning som är extra känslig för EMI-störningar.
- Minska strömöverföringen från elektrisk och elektronisk utrustning (EMI-källor) som sjukhuset kontrollerar (till exempel personsökningssystem).
- Märk utrustning som är känslig för elektromagnetisk störning.
- Utbilda vårdinrättningens personal (sköterskor och läkare) så att de blir medvetna om och uppmärksammar eventuella EMI-relaterade problem.

Komponenter och tillbehör


Användningen av tillbehörsutrustning som inte uppfyller säkerhetskraven för den här utrustningen kan leda till att systemets säkerhetsnivå sänks.


Vid val av tillbehör ska hänsyn tas till:

- eventuell användning av tillbehöret i patientens närhet och
- bevis för att tillbehörets säkerhet certifierats enligt tillämpliga harmoniserade nationella standarder enligt IEC 60601-1 och/eller IEC 60601-1-1.


Produktsymboler

Följande symboler kan förekomma på produkt, tillbehör, förpackning och i tillhörande dokumentation.

Symbol	Beskrivning
	Typ CF-utrustning. Insamlingsmodulen skyddas mot defibrilleringssötär.
	Kasta INTE batteriet i hushållsavfallet.
	Växelström.
	Visar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får hanteras som osorterat kommunalt avfall utan måste samlas upp separat. Kontakta en auktoriserad representant för tillverkaren beträffande information om urdrifttagning och kassering av utrustningen.
	Får inte kastas på elden eller eldas upp.



Symbol	Beskrivning
	Den blinkande gula lampan på tangentbordet intill symbolen visar att du måste ansluta systemet till nätström för att ladda batteriet. Pilen överst i batterisymbolen visar att batteriet laddas.
	Produktförpackningen kan återvinnas.
	Läs medföljande dokument.
	Unique Device Identification är en unik märkning som gör att den medicinska apparaten kan identifieras.
	Serienummer.
	Katalognummer (dokumentnummer).

Symbol	Beskrivning
	Lot-nummer.
	Marca de conformidad de Eurasia. Överensstämmelse med tillämpliga tekniska regler enligt tullunionen.
	Tillverkningsdatum (år-månad)
	Läs bruksanvisningen.
	Följ bruksanvisning Läs och förstå användarhandboken eller enheten eller produkten används. <i>Som ett obligatoriskt åtgärdstecken identifieras denna symbol genom en blå bakgrund och vit symbol.</i>
	Anger att enheten eller produkten följer tillämpliga EU-direktiv.

Symbol	Beskrivning
	Klassificerad avseende elektriska stötar, brand, mekaniska och andra specificerade risker enligt UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, IEC 60601-2-25, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-51.
	Miljövänlig användningsperiod enligt kinesisk standard SJ/T11363-2006 (avser Kina).
	Miljövänlig användningsperiod enligt kinesisk standard SJ/T11363-2006 (avser Kina).
	Begränsat atmosfäriskt tryck.
	Begränsad temperatur.
	Begränsad luftfuktighet.

Symbol	Beskrivning
	Batteriet kan återvinnas.
	Tillverkarens namn och adress.
	Endast för användning inomhus.
	Innehåller inga delar som kräver service.
	PCT. GOST-märket bekräftar överensstämmelse med tillämpliga tekniska standarder och säkerhetsstandarder enligt rysk Gosstandart.

Symbol	Beskrivning
	Kinesisk metrologicertifiering.
	CCC-märke – märkning som bekräftar obligatorisk certifiering i Kina.
	CCC-märke – märkning som bekräftar obligatorisk certifiering i Kina avseende säkerhet och EMI.
IP20	Visar att produkten är klassificerad som typ 20 avseende skydd mot inträngande fasta föremål och vatten enligt IEC/EN 60529. Tvåan i IP20 anger skydd mot inträngande fasta föremål, > = 12 mm i diameter, och nollan anger att skydd mot inträngande vatten saknas.
	Likström in
	SD-kort (Secure Digital Card).
IOIOI	Seriell port.

Symbol	Beskrivning
	Denna sida upp.
	Förvaras torrt.
	Ömtålig.
	Auktoriserad representant inom EU.
	Likströmpolaritet.
Rx Only U.S.	Avser endast USA. För användning av eller på ordination av läkare eller personer som auktoriserats enligt lag.

Symbol	Beskrivning
	Strömknapp på tangentbordet. Används för att slå på och stänga av systemet.
	Avledningsknapp på tangentbordet.
	EKG-knapp på tangentbordet. Används för att registrera EKG.
	Rytmknapp på tangentbordet. Används för att skriva en kontinuerlig rytmremsa i realtid.
	Stoppknapp på tangentbordet. Stoppar skrivaren.


Serviceinformation

Servicekrav

Låt endast servicepersonal som auktoriserats av GE Healthcare utföra service på utrustningen. Eventuellt försök av icke-auktoriserad person att reparera utrustningen under garanti upphäver garantin. Det är användarens ansvar att rapportera servicebehov till GE Healthcare eller ett av dess auktoriserade ombud.

Serienummeretikett


Serienummeretiketten sitter på produktens baksida. Se ["Baksida" på sidan 39](#). Etiketten överensstämmer med följande illustration.



A	Produktens artikelnummer
B	Tillverkningsdatum ÅÅÅÅ-MM
C	Streckkod
D	Produktens serienummer

Serienummer

Varje GE-produkt har ett serienummer för att säkerställa identifiering. Serienumret framgår av serienummeretiketten på produktens baksida. Se ["Baksida" på sidan 39](#). Serienummeretiketten överensstämmer med följande beskrivning:




Etikett	Beskrivning
A	MAC 600-systemets produktkod är SF7
B	Tillverkningsår (00-99) 00 = 2000 01 = 2001 02 = 2002
C	Tillverkningsvecka
D	Produktionssekvensnummer

Etikett	Beskrivning
E	Tillverkningsort
F	Övriga karakteristika

Produktetikett

Produktetiketten är placerad på produktens baksida intill modulen för ingående extern ström.



Etikett	Beskrivning
A	Produktnamn (MAC 600)
B	Ursprungsland
C	Ingående märkeffekt
D	Symboler

Produktöversikt

Framsida



	Namn	Beskrivning
A	Skrivare/Printer	Skriv ut EKG-rapporter


B	Bildskärm	Visar kurvor och textdata
C	Tangentbord	Används för att hantera systemet och skriva in data

Sett från sidan



	Namn	Beskrivning
A	Ingånganslutning för EKG-signal	Här ansluter du patientkabeln

Baksida



	Namn	Beskrivning
A		Används för att ansluta GE Healthcare-specifik eladapter
B		Används vid insättning av SD-kort. Systemet fungerar med SD-kort som är formaterade för filsystemet FAT16. (FAT16 kallas även FAT-filsystemet.)
C	Produktdekal	Produktens etikett
D		Används vid insättning av seriell kabel
E	Serienummeretikett	Enhetens serienummeretikett

Insida




	Namn	Beskrivning
A	Skrivarvals	Matar papper till termiskt skrivhuvud
B	Skrivarhuvud	Termiskt skriverhuvud
C	Lyftband	Hjälper till att lyfta det z-vikta papperet
D	Pappershållare	Hållare för pappersrulle

Undersida



	Namn	Beskrivning
A	Batterifack	Innehåller laddningsbart litium-jonbatteri
B	Kodetikett för tillvalsprogram	Visar etikett med koder för tillvalsprogram (valfritt)

Tangentbord



Tangentbordet omfattar tangenterna 0–9 som kan användas för att skriva in siffror och bokstäver i systemet. Mer information om hur du ändrar inställningarna för att kunna skriva in bokstäver i systemet hittar du under [“PatientFrågor” på sidan 104](#).

	Namn	Beskrivning
A	Effekt	Används för att slå på och stänga av systemet.
B	Strömlampa	Visar att enheten är ansluten och mottar likström
C	Batterilampa	Visar batteristatus enligt nedan: ● Fast gult sken betyder att batteriet laddas ● Blinkande gult sken betyder att batterinivån är låg ● När lampan inte lyser betyder det att batteriet är fulladdat eller att batteriet inte ska laddas

	Namn	Beskrivning
D	PÅ/AV-lampa	När lampan lyser betyder det att systemet är påslaget
E	Funktionstangenter (F1 till F4)	Används för att välja menyalternativ som visas i den nedre delen av skärmen
F	Pilplatta	Används för att flytta markören till vänster, till höger, uppåt eller nedåt
G	Enter	Tryck på Enter-knappen varje gång du vill bekräfta ett val
H	Avledningar	Används för att bläddra igenom avledningarna under rytmutskrift
I	EKG	Används för att registrera EKG. Tryck om du vill ta ett vilo-EKG 12SL med valfria mätningar och tolkningar.
J	Rytm	Används för att skriva en kontinuerlig rytmremsa i realtid. Tryck på Stopp -knappen om du vill avbryta utskriften av rytmremsan.
K	Stopp	Stoppar skrivaren.
L	Backsteg	Tryck på backstegsknappen om du vill radera tecken
M	esc	Tryck på esc-knappen om du vill gå tillbaka till föregående meny

Komma igång

Innan du börjar använda systemet måste du ladda batteriet under 3–4 timmar så det blir fulladdat. I följande avsnitt beskrivs hur du installerar MAC 600.

Kontrollera innehållet i förpackningen

Lyft ur produkt och tillbehör ur kartongen och placera dem på en torr yta där de skyddas mot direkt solljus, värme och damm. Kontrollera att du fått följande delar:

- MAC 600 analysystem för vilo-EKG
- Eladapter med sladd
- Batteri (inuti enheten)
- *Användarhandbok för MAC 600*
- CD-skiva med *MAC 600 Service Manual* och *12SL Physicians Guide*
- Hållare för pappersrulle
- *MAC 600 Snabbguide*

Beställa valfria tillbehör

Följande delar är valfria tillbehör. Kontakta kundtjänst på GE Healthcare om du vill beställa något av de valfria tillbehören. Tillbehörens artikelnummer hittar du i *MAC 600 Service Manual*.

- Elektrodklämmor och bollformade elektroder för flergångsbruk
- Engångselektroder
- Elektrodgel
- Patientkabel/lar
- 2 GB SD-kort
- Seriell kabel
- Patientkabel, flerledad
- Elektrod för spädbarn
- Z-vikt papper
- Pappersrulle
- Väska

Köpa valfri programvara

Följande funktioner är tillvalsprogram som kan köpas. De kan användas i systemet efter aktivering.

- Färg (skärmfärg)
- 12SL-mätning
- 12SL-mätning och tolkning
- Extern lagring (SD-kort)
- Sändning
- EKG-lagring i XML-format
- EKG-lagring i PDF-format

OBS :

PDF-funktionen kan inte användas när språket ryska valts.

Alla alternativen ovan beskrivs i den här handboken. Kontakta kundtjänst på GE Healthcare för att få en kod som du sedan använder för att aktivera tillvalsprogrammen ovan.

Ansluta patientkabeln

Koppla in patientkabeln på sidan av systemet enligt beskrivningen under avsnittet ["Sett från sidan" på sidan 38](#).

VARNING :

ELEKTRISKA STÖTAR För att undvika eventuell skada på grund av elektriska stötar ska du INTE försöka ansluta patientkablar direkt till ett eluttag. Patientkablar ska endast anslutas till ingångsanslutningen för EKG-signal.

Fylla på papper

Kontrollera att termopapper fyllts på i systemet innan EKG-rapporterna skrivs ut.

Produkten kan användas med följande standardvarianter av termopapper:

- Z-vikt papper (artikelnummer – 2030887-001)
- Pappersrulle (artikelnummer – 2030888-001)

Gör på följande sätt om du vill ladda z-vikt papper i produkten.



1. Öppna skrivarluckan.
2. Placera pappersbunten med z-vikt papper i skrivarfacket.
3. Lyft det första pappersarket i den z-vikta pappersbunten.
4. Stäng skrivarluckan.
5. Kontrollera följande när du har stängt skrivarluckan.
 - a. Att papperet placerats på skrivarvalsen.
 - b. Att skrivarluckan är ordentligt stängd.
 - c. Att papperets rutnät är vänt uppåt.

Gör på följande sätt om du vill fylla på rullpapper i produkten:



1. Öppna skrivarluckan.
2. Ta bort överblivet papper från hållaren och sätt pappersrullen på hållaren.
3. Passa in hållaren i spåren på båda sidor och placera rullen med utskriftssidan (rött rutnät) mot det termiska skrivhuvudet.
4. Dra ut lite papper från rullen och stäng skrivarluckan.
5. Låt det utdragna papperet sticka ut över skrivarluckan.
6. Ställ in papperstyp till *Rulle* genom att välja **Inställning > EKG > Skrivar-inställning > Papper**.

Slå på systemet

Tryck på **ström**-knappen för att slå på systemet. När systemet har startats ska du kontrollera följande:

- Att PÅ/AV-lampan lyser.
- Antingen visas startskärmen utan felmeddelanden eller så blir du ombedd att skriva in datum och tid.
Skriv in datum och tid om du blir ombedd att göra det.

Om du stöter på några problem att sätta på systemet, se ["Allmänna felsökningstips" på sidan 141](#) för felsökningsinstruktioner

Konfigurera produkten

När produkten är klar att användas ska du konfigurera systeminställningarna enligt beskrivningen under ["Systeminställning" på sidan 91](#).

Om samma inställningar ska användas på flera produkter kan du spara inställningarna på ett SD-kort och använda kortet när du konfigurerar systeminställningarna på andra MAC 600-system. För mer information, se ["Spara inställningar" på sidan 121](#) och ["Återställ inställningar" på sidan 123](#).

OBS :

Systeminställningarna kan lagras på SD-kort även om alternativet för extern lagring inte aktiverats på produkten.

Kontrollera produktens funktioner

När alla inställningar är gjorda och systemet har konfigurerats ska du kontrollera följande innan du använder systemet på patienter:

- Kontrollera att du kan registrera och skriva ut vilo-EKG. Se ["Registrera ett EKG" på sidan 55](#) för instruktioner om hur vilo-EKG ska registreras.
- Kontrollera att du kan lagra och sända data. Se ["Automatisk lagring och automatisk sändning" på sidan 67](#).

Produkten är nu redo att användas.


Använda systemet

I det här avsnittet får du bekanta dig med hur du:

- använder startskärmen
- väljer menyalternativ
- använder pilplattan.

Startskärm

Av följande bild framgår hur startskärmen ser ut:



Menyalternativen visas i den nedre delen av skärmen. Varje menyalternativ motsvaras av en funktionsknapp (**F1–F4**) direkt under skärmen. Du kan visa fyra menyalternativ samtidigt. Välj alternativet **Mer** om du vill visa flera menyalternativ.

	Namn	Beskrivning
A	Informationsrad	Visar meddelanden som hjälper dig utföra dina arbetsuppgifter.
B	Tid	Visar aktuell tid i systemet.
C	Datum	Visar aktuellt datum i systemet.
D	Indikator för anslutningsråd	Visar kvaliteten på avledningssignalerna. Se Indikator för anslutningsråd på sidan 64 för mer information.
E	Batteristatusindikator	Visar aktuell batterinivå.
F	Patientens hjärtfrekvens	Visar patientens hjärtfrekvens mätt i slag per minut.
G	Programvaruversion	Visar systemets programversion under några sekunder vid systemstart.
H	Avledningsetiketter	Identifierar varje kurva på skärmen.
I	Menyalternativ	Visar tillgängliga menyalternativ.

Välja menyalternativ

Tryck på funktionstangenten under det menyalternativ som du vill välja. Beroende på vilket alternativ du väljer händer något av följande:

- Ett fönster öppnas
Till exempel, att välja alternativet **Patientdata** öppnar fönstret **Mata in patientdata**.
- En inställning ändras

Om du till exempel väljer alternativet **25 mm/s** ändras skrivarhastigheten.

- Fler menyalternativ visas
Om du till exempel väljer alternativet **Mer** visas fler menyalternativ.


Använda pilplattan.

- Om du vill flytta markören till vänster, till höger, uppåt eller nedåt över datainmatningsfälten trycker du på motsvarande knapp på pilplattan
- Om du vill välja aktuellt fält trycker du på **Enter**-knappen.
- För att bekräfta ett val trycker du på **Enter**-knappen.

Förbereda patienten

Förbered patientens hud

Det är viktigt att omsorgsfullt förbereda patientens hud för att undvika störningar i samband med EKG-registreringen. Kvaliteten på avledningssignalen visas i indikatorn **Anslutningsråd**. Se ["Anslutningsråd" på sidan 64](#).



1. Raka bort eventuellt hår från områden där elektroder ska placeras och avfetta huden med sprit.
2. Torka huden noga.

3. Placera elektroderna på förberett område.

VARNING :

RISK FÖR ELSTÖTAR Se till att elektrodernas ledande delar inte kommer i kontakt med andra ledande delar.

Detta kan motverka det skydd som den isolerade signalingen ger.

VARNING :

LEDANDE DELAR Håll ledande delar i elektroder och tillhörande delar åtskilda från andra ledande delar, inklusive jord.

4. Kontrollera att alla kablar är anslutna och fungerar som de ska.

OBS :

Använd endast elektroder och kontaktämnen som rekommenderas av GE Healthcare. Signalkvaliteten visas inte på skärmen för avledningskontroll förrän RL/N-elektroden har placerats. När RA/R-elektroden inte längre är ansluten visar systemet **Extremitetsavledn. ej ansluten**.


Placera elektroder för vilo-EKG


VIKTIGT :

KORREKT AVLEDNINGSANSLUTNING Felaktig anslutning leder till felaktigheter i EKG:et. När en flerlänkad används måste varje enskild elektrod kabel i patientkabelmodulen anslutas till det färgade uttaget och därefter till rätt elektrod för att säkerställa att den paras ihop med korrekt märkningsplats.

Standardplacering med 12 avledningar

När du tar ett vanligt EKG med 12 avledningar placerar du elektroderna som i följande illustration.



**Correct****Incorrect****Correct**

Elektrodpacering med 12 avledningar

AHA-märkning	IEC-märkning	Beskrivning
V1 röd	C1 röd	Fjärde interkostalrummet vid höger sternalkant
V2 gul	C2 gul	Fjärde interkostalrummet vid vänster sternalkant.
V3 grön	C3 grön	Mittemellan C2/V2 och C4/V4.
V4 blå	C4 brun	Medioklavikularlinjen i det femte interkostalrummet.

Elektrodpacering med 12 avledningar (cont'd.)

AHA-märkning	IEC-märkning	Beskrivning
V5 orange	C5 svart	Främre axillarlinjen på samma horisontalnivå som C4/V4.
V6 lila	C6 lila	Medioaxillarlinjen på samma horisontalnivå som C4/V4 och C5/V5.
LA svart	L gul	Ovanför vänster handled (alternativ placering: vänster överarm).
LL	F grön	Ovanför vänster fotled (alternativ placering: övre delen av benet nära bålen).
RL grön	N svart	Ovanför höger fotled (alternativ placering: övre delen av benet nära bålen).
RA vit	R röd	Ovanför höger handled (alternativ placering: höger överarm).

EKG-registrering

Registrera vilo-EKG

När systemet startats öppnas **Start** -skärmen.



I följande steg beskrivs hur du registrerar vilo-EKG:

1. Förbered patienten enligt beskrivningen under ["Förbereda patienten"](#) på sidan 53.
2. Kontrollera att patientkabeln är ansluten och att systemet är påslaget.
3. Skriv in patientdata enligt beskrivningen under ["Skriva in patientuppgifter"](#) på sidan 62.
4. Justera **Hastighet**, **Förstärk.** och **filter** tills kurvorna konfigurerats enligt önskemål.
Mer information finns i ["EKG-alternativ – Före EKG-registrering"](#) på sidan 63.
5. Tryck på **Avledning**ar-knappen för att bläddra igenom avledningarna.

6. Tryck på **EKG**-knappen för att starta registreringen.
Ett meddelande som talar om att data registreras visas på skärmen. När registreringen är klar kommer en av två saker att hända, beroende på **Förhandsgranska innan utskrift**-inställningen i **Konfiguration > EKG > EKG-analys**.
 - Om **Förhandsgranska innan utskrift** har aktiverats visas en förhandsgranskning av 10 sekunders-EKG:t på skärmen. Fortsätt till steg 7.
 - Om **Förhandsgranska innan utskrift** inte har aktiverats analyseras registrerad EKG-data och skrivs ut direkt efter registreringen. Gå till steg 8.
7. Gör något av följande när du visar förhandsgranskningen:
 - Tryck **F1** (Fortsätta) för att acceptera läsningen.
 - Tryck **F2** (Analys/rytm) om du vill växla mellan följande visningsalternativ.
 - analys/mätning av registrerad EKG
 - registrerad EKG-kurva.
 - Tryck **F3** (Lagra) för att lagra aktuell EKG-rapport på SD-kort. Tryck **F1** för att fortsätta. Tryck **F1** (Fortsätta) eller **F4** (Avbryt) för att avbryta förhandsgranskningen.
 - Tryck **F4** (Avbryt) för att avbryta läsningen och börja om från början. Upprepa från steg 4.

OBS :
Om systemet konfigurerats för automatisk lagring och sändning av registrerad EKG trycker du på **Avbryt** om du vill avbryta lagring och överföring.
8. Använd menyalternativen om du vill skriva ut en kopia, lagra data eller fortsätta med nästa patient.
Se **"EKG-alternativ – Efter EKG-registrering"** på sidan 65 för en beskrivning av varje alternativ.

Skriva in patientuppgifter

Uppgifter om varje ny patient som ska EKG-undersökas ska skrivas in i systemet.

VIKTIGT :

KORREKT PATIENTINFORMATION Patientinformation kan kvarhållas från en tidigare patient. Kontrollera patientuppgifterna på skärmen för varje ny patient. Data som registrerats på fel patient ger felaktiga patientuppgifter som kan påverka patientens diagnos och behandling.

Kontrollera att du skriver in rätt patientuppgifter för rätt patient.

1. För att välja **Patientdata**, tryck på **F1**.
Följande skärmbild öppnas.



2. Skriv in patientens personnummer i fältet **Personnummer**.
Tryck **F1** för att infoga ett tankstreck vid personnummer-registrering.
Tryck **F2** för att infoga ett plustecken vid personnummer-registrering.

OBS :

Se "[Patientdatafrågor](#)" på [sidan 98](#) om hur du anger att personnummer måste skrivas in före EKG-registrering och hur du ställer in antalet siffror i personnumret.

3. Ange patientens födelseinformation i fältet **Födelsedatum**.

OBS :

Se "[Patientdatafrågor](#)" på sidan 98 om hur du ställer in patientens ålder i formatet år/månad/vecka/dag/timme.

4. Skriv in patientens kön i fältet **Kön**.

OBS :

Om fältet där patientens kön ska skrivas in inte visas i fönstret **Patientdata** måste du aktivera det. Se "[Patientdatafrågor](#)" på sidan 98.

5. Tryck på **Återgå**.

EKG-alternativ – Före EKG-registrering

Systemet innehåller alternativ för EKG-konfigurering. Alternativen, som visas som menyalternativ i den nedre delen av skärmen, framgår av följande tabell.

Alternativ	Beskrivning
Patientdata	Öppnar patientdatafönstret.
Hastighet	Ändrar kurvhastigheten på skärmen och i utskriften. Mäts i millimeter per sekund (mm/s) enligt följande alternativ: • 25 mm/s • 50 mm/s • 5 mm/s • 12 mm/s OBS : EKG-rapporterna skrivs endast i en hastighet av 25 mm/s eller 50 mm/s.

Alternativ	Beskrivning
Förstärk.	Ändrar signalens magnitud. Mäts i millimeter per millivolt (mm/mV) enligt följande alternativ: • 2,5 mm/mV • 5 mm/mV • 10 mm/mV • 20 mm/mV • 10/5 mm/mV Om du väljer 10/5 visas extremitetsavledningar med 10 mm/mV och prekordiala avledningar med 5 mm/mV. Ju högre mätvärde som väljs, desto större blir kurvstorleken. Det är endast kurvans utseende som ändras. Signalstyrkan påverkas inte.
Filter	Dämpar kurvbrus genom frekvensfiltrering. Frekvensen mäts i Hertz (Hz) enligt följande alternativ: • 20 Hz • 40 Hz • 100 Hz • 150 Hz Vald frekvens eliminerar signaler som överskrider den frekvensen. Ju lägre frekvens som väljs, desto mer av signalen filtreras bort. Ett 40 Hz-filter inkluderar till exempel endast signaler på 40 Hz eller lägre. Signaler över 40 Hz berörs inte.

Alternativ	Beskrivning
Inställning	Fönstret Systeminställning öppnas.
Huvudmeny	Fönstret Huvudmeny öppnas.

OBS :

Om du väljer menyerna **Inställning** eller **Huvudmeny** återställs inställningarna **Hastighet**, **Förstärk.** och **Filter** till standardvärdena eller senast inställda värden.

EKG-alternativ – Efter EKG-registrering

När du har registrerat och skrivit ut EKG visas menyalternativen i systemet i den nedre delen av skärmen. De framgår av följande tabell.

Alternativ	Beskrivning
Skriv ut	Skriver ut ytterligare en rapport av samma EKG. Innan du skriver ut rapporten kan du ändra inställningarna för rapportformat, hastighet, förstärkning och filter.
Lagra	Lagrar aktuell EKG-rapport.
Ny patient	Stänger aktuell skärmbild och tar bort patientuppgifterna.
Samma pat.	Behåller patientuppgifterna och stänger aktuell skärmbild. Systemet tar bort aktuellt EKG så att du kan ta ett nytt EKG på samma patient.
Huvudmeny	Fönstret Huvudmeny öppnas.
Nytt Format	Fönstret Vilo-EKG-rapporter öppnas.

Anslutningsråd

Funktionen Anslutningsråd är ett visuellt hjälpmedel som visar EKG-signalens kvalitet. Med hjälp av funktionen Anslutningsråd kan du rensa bort eller minska andelen EKG av dålig kvalitet. På så sätt sparar du tid vilket innebär att du inte behöver ta ytterligare EKG.

Funktionen Anslutningsråd aktiveras och konfigureras i menyn **EKG-inhämtning**. Öppna menyn **EKG-inhämtning** genom att trycka på **Inställning>EKG>EKG-inhämtning**. Se "**EKG-inhämtning**" på [sidan 95](#).

Förutom att aktivera/avaktivera funktionen Anslutningsråd kan du även ange den nivå som systemet ska identifiera som dålig signalkvalitet. Identifieringsnivån kan ställas in på gul, röd (standard) eller aldrig.

Indikatorlampa	Beskrivning
Röd	Visar avledningsfel eller extrema baslinjeskift. Röd indikatorlampa är alltid cirkeln till vänster i indikatorn.
Gul	Visar muskelartefakt, störningar från elnätet, baslinjedrift eller elektrodbus. Gul indikatorlampa är alltid cirkeln i mitten i indikatorn.
Grön	Visar godkänd signalkvalitet. Grön indikatorlampa är alltid cirkeln till höger i indikatorn.

När röd eller gul indikatorlampa lyser måste du identifiera och korrigera felet innan EKG kan registreras,

Funktionen Anslutningsråd kontrollerar regelbundet godkänd avledningskvalitet i EKG-data.

- Om För-insamling har aktiverats i **Systeminställning** återspeglar indikatorn för avledningskvalitet (Anslutningsråd-cirklarna, se "**Startskärm**" på [sidan 50](#)) hela föregående 10-sekundersperioden med EKG-data. Eventuella meddelanden som visas uppdateras i realtid och återspeglar justeringar/förbättringar i avledningskvaliteten. När eventuella problem

med avledningskvaliteten har rättats till visas meddelandet **“Var god vänta...”** tills hela 10-sekundersperioden är fri från avledningsproblem.

- När funktionen För-insamling inte är aktiverad svarar nivå och meddelanden i funktionen Anslutningsråd inom 2 till 3 sekunder på korrigerat kvalitetsproblem.

Om funktionen Anslutningsråd är avaktiverad och EKG har registrerats kan det hända att systemet visar ett meddelande som anger dålig avledningskvalitet.

Gör då något av följande:

- Välj **Fortsätta** för att fortsätta (skriva ut EKG) eller
- för att avbryta, välj **Avbryt**.

Generera rytmrapport (manuell registrering)

Systemet kan användas för att generera rytmrapporter som endast består av rapportutskrifter. Rapporterna innehåller inga datorgenererade tolkningar eller mätningar och kan inte lagras eller sändas. Följ stegen nedan om du vill generera en rytmrapport.

1. Förbered patienten enligt beskrivningen under **“Förbereda patienten”** på sidan 53.
2. Kontrollera att patientkabeln är ansluten och att systemet är påslaget.
3. Skriv in patientdata enligt beskrivningen under **“Skriva in patientuppgifter”** på sidan 62.

OBS :

I rytmrapporten skrivs endast personnumret ut.

4. Justera **Hastighet**, **Förstärk**. och **Filter** tills kurvorna konfigurerats enligt önskemål.
Mer information finns i **“EKG-alternativ – Före EKG-registrering”** på sidan 63.
5. Tryck på **Avledning**-knappen för att bläddra igenom avledningarna.
6. Tryck på **Rytm**-knappen för att starta utskriften.

OBS :

Om mer än 3 avledningar visas på skärmen visar systemet 3 avledningar från den grupp som konfigurerats som autorytm och startar rytmutskriften av dessa 3 avledningar.

- Tryck på knappen **Avledningar** för att skriva ut nästa 3 avledningar.
- Tryck på **Stopp**-knappen för att stoppa utskriften.

Automatisk lagring och automatisk sändning

Produkten har en funktion för automatisk lagring och sändning av registrerade EKG.

Konfigurera automatisk lagring

Gör på följande sätt om du vill konfigurera produkten så att den automatiskt lagrar ett registrerat EKG i **xml**-format.

- Välj **Lagring** i systeminställningsfunktionen.
- I **Automatisk lagring av EKG:n** väljer du typ av lagrat EKG.
- Välj lagringsformat.
- I **Lagra XML-format**, välj **Ja** för att lagra EKG i XML-format.
- Välj **Återgå**.

Gör på följande sätt om du automatiskt vill spara ett EKG i PDF-format, efter att ha konfigurerat produkten så att den automatiskt sparar registrerat EKG i xml-format.

- I funktionen **Systeminställning**, välj **PDF-konfiguration**.
- I **Lagra PDF-format**, välj **Ja**.
- Välj **Ja** för att visa rutlinjerna i PDF-filen.
- Välj format för EKG-rapporten.

5. I **Konfigurering av PDF-filnamn**, välj typ av konfiguration.
Mer information finns i ["PDF-konfiguration" på sidan 107](#).
6. Välj **Återgå**.

OBS :

PDF-rapporten kan överföra från ett SD-kort till en dator och kan därefter skrivas ut som vilket annat PDF-dokument som helst.

EKG-utskrifter från lagrade EKG-rapporter håller inte diagnostisk kvalitet och bör endast användas som referensmaterial.

Lägg märke till att följande kan inträffa i samband med utskrift av PDF-rapporter från datorn:

- Den utskrivna PDF-rapporten kanske inte är skalenlig eftersom det kan finnas inställningar i skrivaren som automatiskt anpassar innehållets skala efter pappersstorleken.
- Om du vill skriva ut en skalenlig PDF-rapport måste du stänga av inställningarna för automatisk skala i skrivaren och kontrollera att vald papperstyp är A4.
- När den skalenliga PDF-rapporten skrivits ut kanske vissa uppgifter i rapportens marginaler inte kommit med beroende på vilken typ av skrivare som används.

Konfigurera automatisk sändning

Gör på följande sätt om du vill konfigurera produkten så att den automatiskt kan sända ett registrerat EKG.

1. Välj **Sändning** i systeminställningsfunktionen.
2. I **Automatisk sändning av EKG:n** väljer du typ av sänt EKG.
3. I **Överföringshastighet**, välj en överföringshastighet.

4. I **Standardenhet**, välj destination för den överförda filen.
5. Välj **Återgå**.

OBS :

Om EKG-överföringen misslyckas sparas filen på SD-kortet.

OBS :

Om du har valt **MUSE nätverk** som sändningstyp, verifiera konfigurationen för **Plats**, **Enhet**, och **Apparat** i **Diverse inställningar**.

Filhanterare

Introduktion

Huvudmeny är en tillvalsfunktion som kan användas när alternativet för lagring på SD-kort är aktiverat.

Huvudmeny utgör ett gränssnitt mot systemets externa lagring. Den innehåller funktioner som du kan använda för att göra följande:

- skriva ut lagrade EKG:n
- visa lagrade EKG:n
- sända lagrade EKG:n till en extern enhet
- ta bort lagrade EKG:n
- spara lagrade EKG:n i XML-format
- spara lagrade EKG:n i PDF-format

Åtkomst till Filhanteraren

För åtkomst till **Huvudmeny**, gör följande:

OBS :

Innan du går in i **Huvudmeny** måste du kontrollera att det sitter ett SD-kort med lagrade EKG:n i SD-kortfacket. Om det inte finns något SD-kort i facket visas följande meddelande på skärmen: **Sätt in SD-kortet Tryck på 'Esc' för att avbryta.**

1. Välj alternativet **Mer** i startskärmen genom att trycka på **F4**.
2. För att öppna **Huvudmeny**, tryck **F3**.

En lista över lagrade EKG-rapporter visas på skärmen enligt följande illustration.



Menyfunktionerna som visas längst ned i **Huvudmeny** beskrivs i följande tabell:

Funktion	Beskrivning
Välj	Väljer en fil.
Välj alla	Väljer alla filer som lagrats på SD-kortet.
Rapportinställning	Anger inställningar för rapportformat, hastighet, förstärkning och filter för utskrift av lagrade EKG:n.
Enhet	Gör att du kan välja plats dit filen ska sändas.
Inställning	Fönstret Systeminställning öppnas.
Vilande EKG	Fönstret Vilande EKG öppnas.

Gör följande för att välja en EKG-rapport från listan:

1. i **Huvudmeny**, välj alternativet **Välj** genom att trycka knappen **F1**.
När du gör så markeras den första filen i listan över lagrade filer på SD-kortet.
2. Om du vill välja en annan fil trycker du på **Upp**- eller **Ned**-knapparna på pilplattan.
3. Tryck på **Enter**-knappen för att bekräfta ditt val.

Skriva ut lagrade EKG:n

1. Tryck på **Välj**.
2. Välj en eller flera EKG:n.
3. Välj **Skriv ut**.

Markerade EKG-rapporter skrivs ut. Mer information om utskriftsinställningar finns under ["Rapportinställning"](#) på sidan 74.

Rapportinställning

Funktionen **Rapportinställning** hjälper dig definiera följande parametrar för lagrade EKG-rapporter som ska skrivas ut:

- Rapportformat
- Hastighet
- Förstärkning
- Filter

I följande tabell beskrivs menyer och funktioner i **Rapportinställning**.

Funktion	Beskrivning
Rapportformat	Väljer rapportformat för utskrift av lagrade EKG:n.
Hastighet	Ändrar skrivarens hastighetsinställning.
Förstärk.¹	Ändrar skrivarens förstärkningsinställning.
Filter¹	Ändrar skrivarens filterinställning.

För att välja rapportformat för utskrift av lagrade EKG:n ska du göra följande.

1. Välj **Rapportinställning>Rapportformat**.
Fönstret **Vilo-EKG-rapporter** öppnas.
2. Ange hur många kopior du vill skriva ut av rapporten i önskat rapportformat.

3. Ändra inställningarna för **Autoförstärkning** och **Autoskift**.
4. Välj **Återgå** för att avsluta **Vilo-EKG-rapporter**-fönstret.

OBS :

Ändringar som du gör här påverkar endast aktuellt EKG. Så snart ett nytt EKG registreras skrivs de rapporter ut som specificerats i systeminställningarna. Se "[Systeminställning](#)" på sidan 87.

Visa lagrade EKG:n

1. Tryck på **Välj**.
2. Välj en eller flera EKG:n.
3. Välj **Visning**.

I tabellen nedan beskrivs menyerna i visningsalternativet.

Funktion	Beskrivning
Medianer/rytm	Växlar mellan EKG rådata och mediankomplex.
Analys/rytm	Växlar mellan EKG-analys och EKG-kurva.
Skriv ut	Skriver ut markerad fil
Nästa	Visar nästa fil om du har markerat två eller fler filer.
Återgå	Avslutar och återgår till filkatalogen.

Sända lagrade EKG:n via lokal linje

Tryck på **F3**-tangenter för att överföra ett lagrat EKG via en seriell anslutning till antingen en persondator som kör ett terminalemuleringsprogram eller till MUSE server/klienten

OBS :

Seriekabelns artikelnummer är 2047854-001.

Inställningarna för seriell port i datorn eller i MUSE-servern/klienten ska vara:

- Överföringshastighet: 115,2 Kbps
- Databitar: 8
- Paritet: Ingen
- Stoppbitar: 1

1. På MAC 600, kontrollera att alternativen **EXST: Extern lagring** og **ÖVERF: Sändning** är aktiverade genom att utföra följande steg:
 - a. Välj **Inställning**.
 - b. Ange koden 1111 och tryck på **Enter**.

- c. Välj **Grundläggande>Aktivering av tillvalsprogram**.

Aktivering av tillvalsprogram-skärmen öppnas.



- d. Säkerställ att **EXST: Extern lagring** och **ÖVERF: Sändning** är aktiverade.

Kontakta din säljrepresentant för GE Healthcare för att köpa den här funktionen om den inte finns tillgänglig.

2. Färdigställ kommunikationen till MAC 600 genom att utföra stegen i **“Sändning”** på sidan 110,

Sända lagrade EKG:n i XML-format

1. Anslut den ena änden av den seriella kabeln till den seriella porten på systemet. Anslut den andra änden av den seriella kabeln till den seriella porten i en dator där ett terminalemuleringsprogram körs,
2. Välj **Huvudmeny>Enhet>XML-utdata**.

3. Tryck på **Välj**.
 4. Markera en eller flera filer.
 5. Välj **Sänd**.
- Markerade filer sänds i XML-format.

Sända lagrade EKG:n till MUSE

1. Anslut den ena änden av den seriella kabeln till den seriella porten på systemet. Anslut den andra änden av den seriella kabeln till den seriella porten i MUSE-servern/klienten.
 2. Välj **Huvudmeny>Enhet>MUSE nätverk**.
 3. Tryck på **Välj**.
 4. Markera en eller flera filer.
 5. Välj **Sänd**.
- Markerade filer överförs till MUSE.

OBS :

Om MUSE version 5E.12 eller senare används kan EKG:n och XML-filer som lagrats på SD-kortet direktöverföras till MUSE-systemet via SD-kortläsaren.

Sända lagrade EKG:n till CardioSoft v6.61

Stegen för att sända lagrade EKG:n till CardioSoft v6.61 är desamma som stegen för att sända lagrade EKG:n till MUSE-systemet. Se ["Sända lagrade EKG:n till MUSE" på sidan 78](#).

Innan du sänder lagrade EKG:n till CardioSoft v6.61, måste du konfigurera det för överföring.

OBS :

Du kan bara sända lagrade EKG:n till via en seriell anslutning till CardioSoft-systemet version 6.61. Förvissa dig om att den är installerad innan du fortsätter.

Lagrade EKG:n på ett SD-kort kan överföras direkt till CardioSoft-systemet (version 6.51 eller senare) med en SD-kortläsare.

Gör så här:

- Om du använder databasservern som anslutningsserver, förvissa dig om att programalternativet RESB är aktiverat (kräver dongel). För instruktioner, se CardioSoft Installation manual, artikelnummer 2040396-004, Section 3.
- Installera anslutningsserverns programvara från CardioSoft v. 6.61 CD-skivan.
- Konfigurera CardioSoft v6.61 för seriell kommunikation genom att utföra följande steg:
 1. På **Connectivity Server (Anslutningsservern)**, öppna Windows Utforskaren.
 2. Skapa en ny mapp och namnge den `MAC 600`.
 3. Dela mappen med **Fullständig kontrollbehörighet till alla**.


OBS :

För utökad säkerhet räcker det om bara användarnamnet som kör anslutningsservern har läs- och skriv-behörighet till mappen.

4. Starta CardioSoft-programmet.


5. På startskärmen för CardioSoft, klicka på knappen **System-Konfiguration** på den högra panelen.
Fönstret **System-Konfiguration** öppnas.

6. Klicka på **Kod för tillvalsprogram**-fliken för att öppna den.




7. Verifiera att alternativet **RESB: Vilo-EKG/Utför standardtest** är aktiverat.
Om alternativet inte är aktiverat, se användarhandboken CardioSoft Operator Manual.

8. Klicka på **Anslutning server**-fliken för att öppna den.



9. Lägg till en **Inkommande anslutning** genom att klicka **Lägg till**.
Fönstret **Lägg till inkommande anslutning** öppnas.



10. Välj följande:
- **Typ av enhet - Seriell**
 - **COM-port** - välj rätt port för din anläggning
 - **Överföringshastighet** – 115200
 - **Målmapp** för den delade mappen.
11. Klicka på **OK** för att lägga till den valda, inkommande anslutningen.
Du kommer tillbaka till fönstret **Anslutning server**.

12. Klicka på **Omstart av tjänst** för att starta servicen **Anslutning server**.
Lysdioden måste vara grön för att ange att tjänsten har startats.
13. Klicka på **OK** för att avsluta fönstret **System-Konfiguration** och återgå till startskärmen för CardioSoft.

Ta bort lagrade EKG:n

1. Tryck på **Välj**.
2. Välj en eller flera EKG:n.
3. Välj **Ta bort**.
Du blir ombedd att skriva in lösenordet.

OBS :

Lösenordet som används för att ta bort filer kan inte ändras.

4. Skriv in 1111 och tryck på knappen **Enter** .
Markerade filer tas bort från SD-kortet.

OBS :

När du tar bort lagrade EKG:n tas inte motsvarande EKG:n i PDF-format bort.

Lagra EKG:n in XML-format

1. Tryck på **Välj**.
2. Välj en eller flera EKG:n.
3. Välj **Spara XML** för att generera XML-data.
De XML-filer som skapas lagras på SD-kortet i XML-mappen.

Lagra EKG:n i PDF-format

OBS :

Innan du lagrar EKG i PDF-format måste du välja rapportformat för PDF-filen genom att välja ***Inställning>PDF-konfiguration>PDF-format***.

Gör följande för att spara lagrade EKG-rapporter i PDF-format på SD-kortet:

1. Välj ***Huvudmeny>Rapportinställning***.
2. Ändra vid behov inställningarna för filter och förstärkning. Mer information finns i ["Rapportinställning" på sidan 74](#).
3. Tryck på ***Välj***.
4. Välj en eller flera EKG:n.
5. Välj ***Spara PDF***.

De PDF-filer som skapas lagras på SD-kortet i PDF-mappen.

Använda SD-kortet (Secure Digital)

GE Healthcare rekommenderar att du använder 2 GB SanDisk eller Transcend SD-kort.

OBS :

Använd SD-kortet enbart för att lagra EKG:n. Använd inte detta SD-kort för några andra ändamål. Detta SD-kortet ska vara formaterat för filsystemet FAT16. Ta säkerhetskopior regelbundet genom att kopiera hela innehållet på SD-kortet.

Låsa och låsa upp

Skydda SD-kortet genom att ställa låspanelen i låst läge för att undvika att data oavsiktligt raderas. Ställ tillbaka låspanelen i olåst läge när du ska lagra data på SD-kortet eller ta bort data från kortet.

Formatera SD-kortet

De flesta SD-korten behöver inte formateras. Om ett oformaterat SD-kort används i systemet visas följande meddelande:

"Det går inte att läsa detta SD-kort och det måste formateras. Vid formatering raderas alla data från detta SD-kort. Vill du verkligen formatera?"

Välj **Ja** för att formatera SD-kortet.

Mata ut SD-kortet från kortfacket

Tryck till på SD-kortet i kortfacket när du vill mata ut det. Kortfacket som är fjäderdrivet matar ut SD-kortet.

Systeminställning

Introduktion

I **Systeminställning** får du tillgång till funktioner som gör att du kan anpassa systeminställningar och verktyg för att lättare kunna hantera inställningarna.

Åtkomst till funktionen Inställning

1. Välj alternativet **Mer** i startskärmen.
2. Välj **Inställning** för åtkomst till funktionen **Systeminställning**.
3. Skriv in **Systeminställning**-lösenordet.
Standardlösenordet är 1111.

Menyn **Systeminställning** öppnas.



EKG

Kontrollera att funktionen EKG är markerad i menyn **Systeminställning** och tryck på **Enter**-knappen för att öppna EKG-fönstret. EKG-fönstret öppnas.



I EKG-funktionen kan du ange följande information:

- Antalet rapporter som ska skrivas ut i tillgängliga rapportformat
- Autoförstärkning och autoskift
- Avledningsföljd och avledningsgrupper
- Skrivarinställningar
- Parametrar för EKG-analys och EKG-inhämtning

Vilo-EKG-rapporter

Med **Vilo-EKG-rapporter** markerat, tryck på knappen **Enter**. Följande fönster öppnas.



Inställningsalternativen för fönstret **Vilo-EKG-rapporter** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Normal EKG-rapport	Välj det rapportformat som ditt system automatiskt ska skriva ut när du tryckt på EKG-knappen ● Välj om du vill att rapporten ska skrivas ut med eller utan tolkning (12SL-analysutlåtanden). ● Ange hur många kopior du vill ha av varje rapport (0–10 kopior). Välj mellan följande rapportformat: ■ 4 x 2.5s ■ 4 x 2.5s + 1 rytmavledn. ■ 4 x 2.5s + 1 rytmavledn. ■ 4 x 10s ■ Autorytm OBS : Standardformatet för rapporter är en kopia med tolkning 4 x 2.5.
Patologiskt EKG	Välj det rapportformat som ditt system automatiskt ska skriva ut när ett EKG tolkas som patologiskt. ● Välj om du vill att rapporten ska skrivas ut med eller utan tolkning (12SL-analysutlåtanden). ● Ange hur många kopior du vill ha av varje rapport (0–10 kopior). Välj mellan följande rapportformat: ■ 4 x 10s ■ Autorytm Som standard skrivs inga extrarapporter ut.

Funktion	Beskrivning
Autoförstärkning	Välj Ja för att aktivera Autoförstärkning . Funktionen Autoförstärkning justerar förstärkningen för att minska kurvöverlappningen. Beroende på hur omfattande överlappningen är kan Autoförstärkning antingen användas på alla avledningar eller endast på bröstavledningarna. Standardinställningen är Nej .
Autoskift	Välj Ja för att aktivera Autoskift . Funktionen Autoskift förskjuter automatiskt kurvorna vertikalt för att undvika (eller minska) kurvöverlappning mellan raderna. Standardinställningen är Ja .

Avledningsföljd

Med **Avledningsföljd** markerat, tryck på knappen **Enter**. Fönstret **Avledningsföljd** öppnas.

Välj avledningsföljd **Standard** eller avledningsföljd **Cabrera**. Beroende på vilken avledningsföljd som valts ändras avledningarna som anges under **Avledningsgrupper** till respektive avledningsföljd. Standardinställningen för avledningsföljder är **Standard**.

Avledningsgrupper

Med **Avledningsgrupper** markerat, tryck på knappen **Enter**. Fönstret **Avledningsgrupper** öppnas.



I följande tabell beskrivs hur du definierar avledningsgrupper, extra rytmavledning och avledningsgrupp för autorytm.

Funktion	Beskrivning
Grupp 1 – Grupp 3	Grupper som endast visas på skärmen. Alternativen som finns tillgängliga under de visade avledningarna är: Alla avledn. och 6 avledn. . Standard är Alla avledn. för Grupp 1 och 6 avledningarna för Grupp 2 och Grupp 3 .
Grupp 4 – Grupp 7	Grupper för rytmutskrift och visning. Antal avledningar som kan väljas är tre.
Extra rytmavledning	Välj rytmavledning i rapportformatet 4 x 2,5 + 1 rytmavledn. . Standardinställningen är avledning V1 .
Autorytm	Välj grupp (grupp 4 till grupp 7) som ska skrivas ut i autorytmrapporten.

Skrivar-inställning

Med **Skrivar-inställning** markerat, tryck på knappen **Enter**. Fönstret **Skrivar-inställning** öppnas. Inställningsalternativen för fönstret **Skrivar-inställning** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Hastighet¹	Välj inställning för skrivarhastighet i millimeter per sekund. Standardinställningen är 25 mm/s .
Förstärk.¹	Välj skrivarinställning för förstärkning. Standardinställningen är 10 mm/mV .
Filter¹	Välj skrivarinställning för filter. Standardinställningen är 150 Hz .
Papper	Välj typ av papper, Z-vikning/rulle . Standardinställningen är Z-vikning .
¹ Inställningen gäller även för PDF-format.	

EKG-analys

Med **EKG-analys** markerat, tryck på knappen **Enter**. Fönstret **EKG-analys** öppnas. Inställningsalternativen för fönstret **EKG-analys** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Förhandsgranska innan utskrift	Visar registrerad 10-sekunders-EKG och 12SL-analys. Standardinställningen är Ja .
Endast screeningdiagnoser	Välj Ja för att undvika att specifika 12SL-analysutlåtanden visas i rapporterna. Standardinställningen är Nej . Se "12SL-utlåtanden" på sidan 147 för en lista över dessa utlåtanden.
Orsaksförklaringar	Välj Ja för att inkludera orsaksförklaringar i rapporten. Standardinställningen är Nej .

Funktion	Beskrivning
Utan diagnoskod NORMALT	Välj Ja för att undvika att 12SL-analysutlåtanden för normalt EKG visas i rapporten. Standardinställningen är Nej .
Utan diagnoskoder GRÄNSVÄRDE/PATOL.?	Välj Ja för att undvika att analysutlåtanden för patologiskt EKG och 12SL-EKG med gränsvärde visas i rapporten. Standardinställningen är Nej .

EKG-inhämtning

Med **EKG-inhämtning** markerat, tryck på knappen **Enter**. Fönstret **EKG-inhämtning** öppnas.


Inställningsalternativen för fönstret **EKG-inhämtning** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Högpasfilter	Använd det här filtret för att ta bort baslinjedrift. Ju högre inställning, desto mer reducerar filtret baslinjedriften. Filtret förändrar INTE ST-segmenten som visas i EKG-rapporterna. Standardinställningen är 0,16 Hz .
Stäng av auto förstärk.-kontr.	Välj Nej om du vill att ett meddelande ska visas efter att användaren har tryckt på EKG -knappen om förstärkningen av registrerad EKG-data är för hög eller för låg. Användaren kan då manuellt justera förstärkningen. Standardinställningen är Nej .
Stäng av avledningskontroll¹	Välj Nej om du vill att ett meddelande ska visas på skärmen när systemet upptäcker en urkopplad. Standardinställningen är Nej .
Varning baslinjedrift¹	Välj Ja om du vill att ett meddelande ska visas på skärmen när systemet upptäcker baslinjedrift. Standardinställningen är Nej .
Varning muskelstörningar¹	Välj Ja om du vill att ett meddelande ska visas på skärmen när systemet upptäcker muskelstörningar. Standardinställningen är Nej .

Funktion	Beskrivning
Varning 50Hz-brusnivå¹	Välj Ja om du vill programmera systemet så att störningar från elnätet kontrolleras vid EKG-registrering. Standardinställningen är Ja .
Anslutningsråd	Välj Ja för att aktivera alternativet Anslutningsråd som övervakar kvaliteten på vilo-EKG:n. Standardinställningen är Ja .
Meddelandenivå	Välj den nivå som systemet ska identifiera som dålig signalkvalitet. Se " Anslutningsråd " på sidan 66 för information om inställningarna för det här alternativet. Standardinställningen är Röd .
För-insamling	Välj Ja om du vill att systemet ska börja insamla EKG-data så snart systemet är i läget Vilo-EKG. Systemet väntar då inte på att användaren ska trycka på EKG -knappen innan insamlingen av EKG-data startar. Data från senaste 10-sekunders-EKG är klar för analys när funktionen För-insamling slås på. Standardinställningen är Nej .
¹ Om Anslutningsråd är aktiverad åsidosätts detta alternativ av Anslutningsråd .	

Systemet

Använd pilplattan i menyn **Systeminställning** för att bläddra till **Systemet** och när det alternativet är markerat trycker du på **Enter**-knappen. Fönstret **Systemet** öppnas



Med hjälp av funktionerna i **Systemet** kan du göra följande:

- Ställa in patientdata frågor
- Ställa in skärmfärger
- Aktivera ett program
- Ändra inställningar för flera olika parametrar.

Patientdatafrågor

På menyn **Grundläggande inställning**, markera **Patientdata frågor** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Patientdata frågor** öppnas.



Inställningsalternativen för fönstret **Patientdata frågor** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Patientinformation som behövs	Välj Ja om du vill att ett meddelande ska visas som talar om att patientinformation ska skrivas in efter att användaren har tryckt på EKG -knappen. Standardinställningen är Nej .
Personnummerkrav	Välj Ja för att ange att patientens personnummer måste skrivas in före EKG -registrering. Standardinställningen är Nej .

Funktion	Beskrivning
Siffror i ID	Ange hur många tecken som ska ingå i personnumret. Välj från 3 till 16 tecken. Använd ett format som är kompatibelt med MUSE-systemet som systemet kommunicerar med. Detta avser produkter där alternativ för överföring och lagring aktiverats. Standardinställningen är 16 .
Ålder	Välj Ja för att lägga till fältet Ålder i fönstret Patientdata . Standardinställningen är Ja .
Ålder	`
Metod för inskrivning av ålder	Välj metod som ska användas för att skriva in patientens ålder: • Välj Födelsedatum om du vill skriva patientens ålder i formatet dag-månad-år. Patientens födelsedatum visas då enligt den inställningen i EKG-utskriften. • Välj Ålder i form av år om du vill skriva patientens ålder i år, månader, veckor, dagar eller timmar. Enligt den inställningen visas patientens ålder i år, månader, veckor, dagar eller timmar i EKG-utskriften. Standardinställningen är Födelsedatum.
Kön	Välj Ja för att lägga till fältet Kön i fönstret Patientdata . Standardinställningen är Ja .

Funktion	Beskrivning
Sekundär ID	Välj Ja för att lägga till fältet Sekundär ID i fönstret Patientdata . Standardinställningen är Nej .
Text inskrivning	• Välj Alfanumerisk om personnummer och sekundär ID ska skrivas i alfanumeriskt format. • Välj Numerisk om personnummer och sekundär ID ska skrivas i numeriskt format. Tjugosex bokstäver är kopplade till 8 numeriska knappar (mellan 2 och 9). Om du trycker flera gånger på samma knapp bläddras alla bokstäver som är kopplade till den knappen igenom. Om du till exempel vill skriva ACE200 trycker du 22 Enter 2222 Enter 333 Enter 2 Enter 0 0 Enter. OR 22 Enter 2222 333 2 0 0 Enter Standardinställningen är Numerisk .

Skärmfärger

På menyn **Grundläggande inställning**, markera **Skärmfärger** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Skärmfärger** öppnas.

Inställningsalternativen för fönstret **Skärmfärger** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Enfärgad	Välj Enfärgad för att visa vita skärmelement.
Tillval 1	Välj Tillval 1 för att visa vita, gröna, gula och röda skärmelement. Standardinställningen är Tillval 1 .
Tillval 2	Välj Tillval 2 för att visa vita, gula och röda skärmelement.

Aktivering av tillvalsprogram

På menyn **Grundläggande inställning**, markera **Aktivering av tillvalsprogram** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Aktivering av tillvalsprogram** öppnas.



Tillgängliga program visas i fönstret. En asterisk (*) visas intill varje program som är aktiverat i systemet just nu. Följ instruktionerna nedan för att aktivera ett program i ditt system,

1. I fältet **Kod för tillvalsprogram** skriver du in den 12-siffriga aktiveringskoden för tillvalsprogram och trycker på **Enter**-knappen.
Om du har skrivit in en kod till ett program som du har köpt till systemet visas en asterisk intill det programmet i listan.
2. Upprepa steg 1 för varje program som ska aktiveras.
3. Markera **Återgå** och tryck **Enter** för att återgå till menyn **Systemet**.

Diverse inställningar

På menyn **Grundläggande inställning**, markera **Diverse inställningar** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Diverse inställningar** öppnas.

Inställningsalternativen för fönstret **Diverse inställningar** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Signal	Välj På för att slå på systemets signal. Välj Av för att slå av systemets signal. Standardinställningen är På .
Informationsrad	Välj Ja för att aktivera hjälpinformationsraden på skärmen. Standardinställningen är Ja .
Apparat	Skriv in ett unikt nummer som identifierar systemet.
Platsnummer	Skriv in ett nummer 1–32 som identifierar var i MUSE-systemet datauppgifterna ska sparas. Det Platsnummer som används måste överensstämma med platsnumret i det MUSE-system som systemet kommunicerar med.
Enhet	Skriv in ett nummer som identifierar det här systemets lokalitet med ett MUSE-system. Använd ett värde 0–9999 för ett MUSE-system med programvaruversion 7 eller senare. Den Enhet som används måste överensstämma med lokalitetsnumret i det MUSE-system som systemet kommunicerar med.
Sortera filer efter	Välj den sorteringsmetod som Huvudmeny använder för att visa lagrade EKG:n. Standardinställningen är Personnummer .
Automatisk avstängning	Skriv in antal minuter (x) över noll för att aktivera batterisparläget. Om du inte trycker på någon av knapparna inom (x) minuter stängs systemet automatiskt av. Det inträffar dock inte om systemet är anslutet till elnätet. Standardinställningen är 0 (noll) vilket innebär att funktionen Automatisk avstängning är avaktiverad.

Funktion	Beskrivning
Systemets lösenord	Skriv in ett numeriskt lösenord (högst sex tecken) som ger dig åtkomst till funktionerna i Systeminställning . Systemets standardlösenord är 1111. Kom ihåg lösenordet.
Demoläge	Välj Ja för att slå på Demoläge . Standardinställningen är Nej . Demoläge erbjuds endast för att underlätta för demonstration.

Landsinställning

På menyn **Grundläggande inställning**, markera **Landsinställning** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Landsinställning** öppnas.



Med hjälp av alternativen i **Landsinställning** kan du göra följande:

- Ställa in önskat språk för enheten.
- Ställa in datum och tid.
- Ställa in parametrar för AC-filter.
- Ställa in avledningsnoteringar.

Språk

I menyn **Landsinställning** väljer du och ställer in språk enligt följande:

1. Markera **Språk** och tryck på **Enter**-knappen.
Fönstret **Välj nytt språk** öppnas.
2. Markera önskat språk och tryck på **Enter**-knappen.
3. Spara och gå ur **Systeminställning** för att visa nytt språk.
 - a. Tryck på **esc**-knappen tills du kommer till menyn **Systeminställning**.
 - b. Bläddra och markera **Avsluta** och tryck på **Enter**-knappen.
 - c. I menyn **Lagra inställningar** väljer du om du vill spara i systemet, på ett SD-kort eller om du inte vill spara inställningen.

Datum och tid

På menyn **Landsinställning**, markera **Datum och tid** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Datum och tid** öppnas.

Inställningsalternativen för fönstret **Datum och tid** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Datum	Skriv in datum i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ.
Tid	Skriv in tid i 24-timmarsformat.

AC-filter

Ställ in parametrar för AC-filter i menyn **Landsinställning**.

1. Välj **AC filter** och tryck **Enter**-knappen.
Fönstret **AC filter** öppnas.
2. Välj värde för **AC filter**.
Standardinställningen är **Av**.
3. Välj inställning för **Adaptivt växelströmsfilter**.
Standardinställningen är **Ja**.
4. Välj **Återgå** och tryck på **Enter**-knappen för att återgå till menyn **Landsinställning**.

Notering

Ställ in avledningsnoteringar i menyn **Systeminställning**.

1. Välj **Notering** och tryck på **Enter**-knappen.
Fönstret **Notering** öppnas.
2. Välj kod för avledningens **Notering** (AHA eller IEC).
3. Välj **Återgå** och tryck på **Enter**-knappen för att återgå till menyn **Landsinställning**.

Lagring

På menyn **Systeminställning**, markera **Lagring** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Lagring** öppnas.



Funktionen hjälper dig att bestämma lagringstyp och lagringsform för EKG:n som ska lagras.

Inställningsalternativen för fönstret **Lagring** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Automatisk lagring av EKG:n	Välj typ av EKG:n som du vill att systemet ska spara automatiskt. Standardinställningen är Inga EKG:n .
Lagringsform	Välj typ av lagringsform för registrerat EKG. Standardinställningen är 500Hz (Muse nätverk). • Välj 500Hz (MUSE nätverk) om du vill skicka EKG:n till ett MUSE-system som använder MUSE programvaruversion 004A eller senare. • Välj 500 Hz DVS (MUSE-nätverk) om du vill lagra EKG:n så att de kan skrivas ut igen i samma ursprungliga upplösning i den mottagande enheten. MUSE-systemet måste användas med programvaruversion 5D.04 eller senare.
Lagra XML-format	Välj Ja om du automatiskt vill spara varje EKG i XML-format utöver i GE Healthcares standardformat. Standardinställningen är Nej .

PDF-konfiguration

På menyn **Systeminställning**, markera **PDF-konfiguration** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **PDF-konfiguration** öppnas.



Funktionen hjälper dig att bestämma PDF-inställningar för EKG:n som lagras i PDF-format. Inställningsalternativen för fönstret **PDF-konfiguration** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Lagra PDF-format	Välj Ja om du automatiskt vill spara varje EKG i PDF-format utöver i GE Healthcares standardformat. Standardinställningen är Nej .
PDF-matris	Välj Ja för att visa rutlinjerna i PDF-filen. Standardinställningen är Ja .

Funktion	Beskrivning
PDF-format	Välj rapportformat för EKG:n som lagrats i PDF-format. Standardinställningen är 4 x 2.5s + 1 rytmavledn..
Konfiguration av PDF-filformat	Välj hur PDF-filen ska namnges. PDF-filens namn kan innehålla något av eller samtliga följande alternativ: ● Personnummer Välj Ja om patient-ID ska ingå i filnamnet. Standardinställningen är Ja. ● Sekundär ID Välj Ja om patientens sekundära ID ska ingå i filnamnet. Standardinställningen är Ja. ● Födelsedatum Välj Ja om patientens födelsedatum ska ingå i filnamnet. Standardinställningen är Ja. ● Datum och tid Välj Ja om datum och tid (för registrerad EKG) ska ingå i filnamnet. Standardinställningen är Ja. Som standard visas filnamnet enligt följande: PatientID_DateOfBirth_Date_Time.pdf OBS : Om alla parametrar ovan är inställda på Nej blir PDF-filens namn Date_Time.pdf.

Sändning

På menyn **Systeminställning**, markera **Sändning** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Sändning** öppnas.



I den här funktionen anger du vilken typ av EKG:n som ska sändas, standardenhet som EKG:t ska sändas till och överföringshastighet i lokal linje.

OBS :

Om överföringshastigheten i MAC 600 ändras måste inställningarna i datorn eller MUSE-servern/klienten också uppdateras.

Inställningsalternativen för fönstret **Sändning** framgår av tabellen nedan.


Funktion	Beskrivning
Automatisk sändning av EKG:n	Välj typ av EKG:n som automatiskt ska sändas till en extern enhet. Standardinställningen är Inga EKG:n .
Ta bort efter sändning	Välj om EKG:t ska raderas från SD-kortet efter att det har skickats till en extern enhet. Standardinställningen är Ja .
Överföringshastighet	Välj överföringshastighet i lokal linje. Standardinställningen är 115.2k .
Standardenhet	Välj standardenhet dit filen ska sändas. Standardinställningen är Ingen .

Skriv inställningar

I menyn **Systeminställning** markerar du **Skriv inställningar** och trycker på **Enter**-knappen om du vill skriva ut en rapport över angivna parametrar i **Systeminställning** för din produkt.

Lagra inställningar

På menyn **Systeminställning**, markera **Lagra inställningar** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Lagra inställningar** öppnas.



Inställningsalternativen för fönstret **Lagra inställningar** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Till systemet	Sparar ändringar i systemet.
Till SD-kort	Sparar ändringar på SD-kort.
Spara ej inställningar	Avslutar Lagra inställningar -menyn utan att spara de ändringar som gjorts i Inställning .

Återställ inställningar

På menyn **Systeminställning**, markera **Återställ inställningar** och tryck på **Enter**-knappen. Fönstret **Återställ inställningar** öppnas.



Inställningsalternativen för fönstret **Återställ inställningar** framgår av tabellen nedan.

Funktion	Beskrivning
Återställa till fabriksinställningen.	Välj den här funktionen för att återställa systemet till standardfabriksinställningar.
Från SD-kort	Välj den här funktionen för att återställa systemets inställningsparametrar från ett SD-kort.
Återskapa ej inställningar	Välj den här funktionen för att stänga funktionen.



Underhåll

Regelbundet underhåll, oavsett hur ofta utrustningen används, är en förutsättning för att den ska fungera som den ska. I det här kapitlet ges grundläggande information om underhåll av följande komponenter:

- Produkten
- Papper
- Batteri

VARNING :

UNDERHÅLL Om ansvariga personer, sjukhus och andra vårdinrättningar som använder produkten inte implementerar rekommenderad underhållsplan kan detta leda till fel i utrustningen och eventuell fara för människors hälsa. Tillverkaren påtar sig inte något som helst ansvar för att utföra underhåll enligt rekommenderad underhållsplan om underhållsavtal för utrustningen saknas. Ansvaret vilar helt och hållet på de personer, sjukhus och andra vårdinrättningar som använder produkten.

Produktunderhåll

VIKTIGT :

ELEKTRISK FARA Felaktig hantering i samband med kontroll och rengöring kan orsaka elektriska stötar.

För att undvika eventuella elektriska stötar ska följande riktlinjer alltid följas:

- Stäng av systemet, dra ut kontakten och ta bort batteriet innan systemet kontrolleras eller rengörs.
- Sänk INTE ned någon del av utrustningen i vatten.

Kontrollera produkten

Gör en visuell inspektion av systemet varje dag, helst före det första användningstillfället för dagen. Vid inspektionen ska du kontrollera att följande minimikrav uppfylls som innebär:

- Att det inte får finnas några sprickor eller andra skador på produktens hölje och bildskärm.
 - Att kontakter, sladdar, kablar och anslutningsdon inte har några böj-, slitage- eller andra skador.
 - Att alla sladdar och anslutningsdon är säkert anslutna.
 - Att alla knappar sitter ordentligt fast på tangentbordet.
- Om du uppmärksammar att någon del behöver repareras ska du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att utföra reparationen. Använd inte produkten förrän lämplig reparation utförts.

Rengöra och desinficera externa ytor

Rengör och desinficera externa ytor varje månad eller oftare vid behov.

Rengöring av externa ytor:

1. Använd en ren mjuk trasa och ett rengörings- eller desinfektionsmedel som innehåller alkohol och som brukar användas inom sjukvården.

OBS :

Använd inte fenol- eller peroxidbaserade desinfektionsmedel.

2. Vrid ur trasan för att avlägsna överflödigt vatten/lösning. Låt INTE vatten eller annan vätska droppa på systemet och undvik att torka runt öppningar för ventilation, uttag och anslutningsdon.
3. Torka torrt med ren tygtrasa eller pappershandduk.

Försiktighetsåtgärder

Observera följande försiktighetsåtgärder vid rengöring av patient- och elektrodkablar:

- Sänk inte ned patient- och elektrodkablar i vätska.
- Häll inte vätska och spraya inte på patient- och elektrodkablar.
- Vätska får inte tillåtas tränga in i anslutningar eller öppningar.
- Autoklavera inte och använd inte ånga för att rengöra patient- och elektrodkablar och doppa dem inte i CIDEX-lösning.
- Torka försiktigt för att undvika att de långa kablarna lossnar från anslutningsdonet.
- Avlägsna alltid patient- och elektrodkablar från produkten före rengöring.
- Metalldelarna kan börja rosta om de kommer i kontakt med desinfektionslösning. Undvik att använda desinfektionslösning runt metalldelarna.

Om inte dessa försiktighetsåtgärder följs kan skador på metalldelarna uppstå vilket i sin tur kan påverka signalkvaliteten.

Rengöra skrivarhuvudet

Om skrivaren inte fungerar kan du behöva rengöra den och ta bort damm och främmande partiklar från skrivarhuvudet. Följ följande steg när du ska rengöra skrivarhuvudet:

1. Doppa en bomullspinne i etylalkohol och avlägsna överskottslösning.
2. Öppna skrivarluckan.
3. Torka försiktigt av värmeelementet med bomullspinnen.
4. Stäng skrivarluckan när det är helt torrt.

VIKTIGT :

Använd inte produkter som kan skada värmeelementet som till exempel sandpapper. Undvik att använda för mycket kraft när du handskas med skrivarhuvudet.

VIKTIGT :

RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ HUDEN Skrivarhuvudet blir varmt under registrering.

Rör inte det termiska skrivarhuvudet när du sätter i papper.

OBS :

Använd endast originalpapper från GE Healthcare i skrivaren. Papperet har en särskild beläggning som hindrar ansamling av kontamination och debris i skrivarhuvudet och elektrostatisk laddning. Om du använder annat papper kan det leda till sämre registreringskvalitet. Skrivarhuvudet kan slitas ut i förtid och garantin gäller inte om annat papper används.

Kalibreringskontroll

Regelbundna kalibreringskontroller av systemet rekommenderas årligen. Följ stegen nedan vid kalibrering:

1. Stäng av systemet.
2. Anslut patientkabeln till systemet.
3. Ändra rapportformat så att 1 kopia ett EKG med rapportformat 4 x 3 skrivs ut (med/utan tolkning). Se ["Rapportinställning" på sidan 74](#).
4. Ställ in hastighet på 25 mm/s och förstärkning på 10 mm/mV.

5. Tryck på **EKG**-knappen och skriv ut en EKG-rapport.
6. Kontrollera att varje kalibreringspuls har en bredd på 5 mm $\pm$ 5 % och en höjd på 10 mm $\pm$ 5 %.

Förebyggande underhåll

GE Healthcare har inga särskilda rekommendationer för förebyggande underhåll av systemet. Däremot kan förebyggande underhåll utföras av användaren. Mer information om förebyggande underhåll finns i *MAC 600 Service Manual*. Om du behöver ytterligare teknisk hjälp kan du kontakta GE Healthcarens närmaste servicekontor.

Förvara termopapper

OBS :

För att säkerställa att bildkvaliteten bevaras så länge som möjligt ska termopapperet förvaras separat i mappar av manillapapper eller i polyester-/polyamid-skydd.

Följ stegen nedan för att undvika att bilden försämras eller bleknar:

1. Förvara i svala, mörka och torra utrymmen.
Temperaturen får inte överskrida 30 °C (86 °F). Den relativa luftfuktigheten måste vara lägre än 65 %.
2. Undvik att utsätta papperet för starkt eller ultraviolett ljus som solljus, fluorescerande ljus och liknande belysning som gör att papperet gulnar eller bleks.
3. Förvara INTE termopapper tillsammans med följande produkter:
 - Karbonpapper och karbonfritt papper.
 - Icke-termiskt papper eller produkter som innehåller tributylfosfat, dibutylftalat eller andra organiska lösningsmedel. Flera skrivarpapper för medicinsk och industriell användning innehåller den typen av kemikalier.
 - Dokumentskydd, kuvert och dokumentdelare som innehåller polyvinylklorid eller andra vinylklorider.

4. Undvik kontakt med: flytande rengörings- och lösningsmedel som alkohol, ketoner, ester, eter osv.
5. Använd INTE monteringskort, självhäftande tejp eller etiketter som innehåller lösningsbaserat lim.

Batteriunderhåll

I systemet ingår ett laddningsbart batteri med litium-jonceller. Av säkerhetsskäl innehåller batteriet en integrerad skyddskrets.

Batteriet har en hållbarhetstid på sex månader. Ladda batteriet en gång var sjätte månad när det inte används under en längre tid. När batteriet är helt urladdat stängs systemet av. Ladda batteriet regelbundet för att säkerställa en så lång batterilivslängd som möjligt.

När batteriet åldras minskar batteriets fulla laddningskapacitet och förloras till slut. Detta innebär att lagrad och tillgänglig laddningsmängd minskar. När kapaciteten inte längre är tillräcklig för den dagliga användningen måste du byta ut batteriet.

Gör följande om du behöver skriva ut ett EKG när batteriets laddningsnivå är för låg:

1. Anslut systemet till nätström.
2. Ladda batteriet i 20 minuter.
Systemet är därefter redo att skriva ut EKG-rapporten.

Gör följande om du behöver skriva ut ett EKG när batteriet är helt urladdat:

1. Anslut systemet till nätström.
2. Ladda batteriet i 90 minuter.
Systemet är därefter redo att skriva ut EKG-rapporten.

OBS :

Systemet kan inte skriva ut EKG:n utan fungerande batteri.

Periodiskt underhåll

Utöver den normala användningen av systemet kan periodiska djupurladdningar av batteriet behövas för att säkerställa oförändrad batterifunktion. En djupurladdningsperiod inträffar när batteriet laddas ur helt tills systemet stängs ned och batteriet blir fulladdat igen.

OBS :

För ökad livslängd rekommenderar GE Healthcare en djupurladdning var tredje månad, men rekommenderar samtidigt att batteriet inte överbelastas med för många djupurladdningsperioder.

Batterisäkerhet

Lägg märke till följande varningar i samband med hantering av systemets batteri:

WARNING :

EXPLOSION ELLER BRAND Om andra batterier än de som rekommenderas används kan skador/brännskador uppstå på patienter eller användare och kan innebära att garantin inte längre gäller.

WARNING :

KROPPSSKADA Battericellerna kan börja läcka vid extrema förhållanden. Vätskan är frätande på ögon och hud.

Spola med rent vatten och tillkalla läkarhjälp om vätskan kommer i kontakt med ögonen, huden eller kläderna

WARNING :

KASSERING AV BATTERIPACK Batteriet får INTE eldas eller brännas upp.

Följ lokala miljöbestämmelser om avfallshantering och återvinning.

Byta batteriet

När produkten inte längre kan användas under tillräckligt lång tid trots att batteriet är fulladdat måste du byta batteri enligt instruktionerna nedan.



1. Ta bort luckan till batterifacket genom att dra det i riktning med pilen på luckan till batterifacket.
2. Ta bort det gamla batteriet.
3. Sätt i ett nytt batteri enligt bilden.
4. Sätt tillbaka luckan på batterifacket.

Ansluta eladaptern

Systemet kan användas med nätström eller batteri. När enheten ansluts till ett eluttag används nätström och laddar batteriet i enheten.



Gör enligt följande för att ansluta systemet till ett eluttag:

1. Anslut hankontakten på eladaptern till nätströmsuttaget på baksidan av enheten.
2. Anslut hankontakten på elsladden på adaptern till ett eluttag.
3. Kontrollera strömlampan för att vara säker på att enheten får ström från eluttaget.

OBS :

Använd endast eladapttrar som rekommenderas av GE Healthcare . Det måste finnas ett fungerande batteri i systemet för att EKG-rapporter ska kunna skrivas ut.

Ladda batteriet

Gör enligt följande för att ladda batteriet:

1. Anslut systemet till ett vägguttag.
2. Ladda systemets batteri i 2–3 timmar eller tills batterilampan släcks.

OBS :

Om batteriet är djupurladdat kan du behöva ladda batteriet i mellan 6 och 7 timmar.

Laddas batteriet?

Följande indikationer visar att din enhet laddas.

- den gula batterilampan lyser
- batteriladdningsikonen visas

OBS :

Om batteriet är fulladdat eller temperaturen för säker laddning överskrider laddas inte batteriet.

När ska du ladda batteriet?

- **Före första användningstillfället**

För att vara säker på att batteriet är fulladdat ska systemet laddas före det första användningstillfället.

- **Mellan registreringstillfällena**

För att vara säker på att batteriet är fulladdat ska du stänga av systemet och ansluta det till ett vägguttag tills du använder systemet nästa gång. Om du gör det förlängs batteritiden.

- **När batterinivån är låg**

Den gula lampan på tangentbordet blinkar till då och då.

- **När batteriet är helt urladdat**

När batteriet är helt urladdat stängs systemet av. Om du vill använda systemet måste du ansluta det till ett vägguttag.



Felsökning

Allmänna felsökningstips

Följande allmänna felsökningstips kan användas för att diagnostisera problem som inte omnämns specifikt i det här kapitlet.

- Kontrollera utrustningen ordentligt.
Kablar som kopplats bort eller sitter löst, maskindelar som saknas och skadad utrustning kan felaktigt tolkas som tecken på fel och produkthaveri. Se ["Kontrollera produkten" på sidan 116](#) för mer information.
- Kontrollera att utrustningen inte har modifierats.
Ändringar på utrustningen som utförts av en obehörig person kan orsaka oväntade problem med dålig funktion och produkthaveri som följd.
Om utrustningen ändrats av en obehörig person ska du kontakta GE Healthcare för teknisk support.
- Kontrollera om programvaran har uppdaterats.
Om programvaran har uppdaterats kan systemets funktioner ha ändrats. Om användaren inte känner till ändringarna kan de tolkas som oväntade resultat.
Om programvaran har uppdaterats måste du kontrollera i den senaste revideringen av användarhandboken om uppdateringarna medför förändringar i produktens funktioner.
- Kontrollera att problemet inte orsakats av ett användarfel.

Upprepa händelseförloppet och jämför med beskrivningen i användarhandboken. Om användaren inte har följt handboken kan du upprepa utförd åtgärd enligt instruktionerna.

Om dessa steg inte hjälper dig lösa problemet kan du söka bland de specifika problem som beskrivs i avsnittet nedan. Om du fortfarande inte kan lösa problemet bör du kontakta GE Healthcare för teknisk support.

Problem med utrustningen

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå och hur de kan lösas.

Systemet startar inte

- Kontrollera att enheten är påslagen.
- Om den inte är det slår du på den. Se ["Slå på systemet" på sidan 48](#).
- Kontrollera att batteriet är installerat och är laddat.
Se ["Systemfel" på sidan 128](#) för instruktioner om hur du kontrollerar om batteriet är installerat och laddat.
Se ["Byta batteriet" på sidan 122](#) för instruktioner om hur du installerar batteriet.
- Kontrollera att enheten är ansluten till ett eluttag.
- Kontrollera att utrustningen får ström från eluttaget.
Om enheten får ström lyser strömlampan.

Registrerad EKG-data visar oacceptabelt brus

- Kontrollera patientens position.
Patienten får inte röra sig när vilo-EKG registreras.
- Använd funktionen Anslutningsråd för att avgöra vad som orsakat bruset.
Mer information finns i ["Anslutningsråd" på sidan 66](#).
- Kontrollera att elektroderna har placerats rätt.
Se ["Standardplacering med 12 avledningar" på sidan 55](#).
- Kontrollera att elektroderna sitter ordentligt.
Perspiration, hårväxt, krämer och döda hudceller måste avlägsnas från området där elektroden ska placeras.

Se ["Förbereda patienten" på sidan 53.](#)

- Kontrollera om någon av elektroderna är felaktig eller föråldrad.
Byt ut de elektroder som du misstänker inte fungerar ordentligt.
- Kontrollera om det finns fel på patientkabeln, om den är trasig eller har kopplats bort.
Byt ut om du ser att de inte fungerar. Se ["Ansluta patientkabeln" på sidan 45.](#)

Papperstrassel

Om papperet trasslar ihop sig i samband med utskrift bör du kontrollera att papperet satts i på rätt sätt. Se ["Fylla på papper" på sidan 45.](#)

SD-kortfel

Om du ser ett felmeddelande som talar om att det inte finns något SD-kort eller att det inte kan hittas, eller **Det går inte att initiera SD-kort**, ska du göra följande:

- Kontrollera att SD-kortet är korrekt placerat.
SD-kortet ska klicka till när det placeras korrekt.
- Kontrollera att SD-kortet är formaterat för filsystemet FAT eller FAT16.
Gör följande för att kontrollera att SD-kortet är formaterat för rätt filsystem:
 - a. Sätt in kortet i SD-kortläsaren på datorn.
 - b. Kopiera de filer på SD-kortet som du vill spara på datorn.
 - c. Använd Windows formateringskommando och ange filsystem FAT eller FAT16 och formatera kortet.

OBS :

När du formaterar SD-kortet raderas alla filer som finns på kortet.

- d. Kopiera filerna från mappen i datorn till SD-kortet som du nyss formaterat.


OBS :

Om filsystemet i SD-kortet innehåller filfel blir du ombedd att återställa filsystemet genom att formatera SD-kortet. Vid systemåterställning efter filfel i SD-kortets filsystem förstörs EKG:n som lagrats på SD-kortet.

Systemfel

I följande tabell identifieras några fel som kan tänkas uppstå när du använder systemet, möjliga orsaker och en rekommenderad åtgärd för att rätta till felet.

Om den rekommenderade åtgärden inte löser problemet ska du kontakta auktoriserad servicetekniker.

Problem	Orsak	Lösning
 visas på skärmen.	Det finns inget batteri i systemet.	Sätt i batteriet och anslut systemet till ett vägguttag för att ladda batteriet
Den gula lampan på tangentbordet blinkar.	Batterinivån är låg.	Anslut systemet till ett vägguttag och ladda batteriet.
 visas på skärmen.	Skrivaren är öppen.	Stäng skrivaren.
Skrivarhuvudet är överhettat visas på skärmen.	Skrivarmekanismen har överhettats på grund av hög belastning.	Stäng av systemet och slå på igen efter 3 till 4 minuter. Om problemet uppstår vid normal användning ska du informera servicepersonal.
Systemet startar inte när det används med batteri	Batteriet är helt urladdat.	Anslut systemet till ett vägguttag och ladda batteriet.

Problem	Orsak	Lösning
Systemet stängs av när det används med batteri.	Låg batterinivå, eller Automatisk avstängning -funktionen är aktiverad.	Anslut systemet till ett vägguttag och ladda batteriet. Kontrollera inställningen för Automatisk avstängning .
"..." Meddelande om bortkopplad elektrod kabel visas.	En eller flera elektroder är bortkopplade.	Koppla in elektroden/ elektroderna igen.



12SL-utlåtanden

Introduktion

Utlåtandena i tabellen nedan visas inte i EKG-rapporterna när alternativet **Endast screeningdiagnoser** aktiverats i funktionen **Systeminställning**.

Utlåtande
Aberrant överledning
Patologisk QRS-T-vinkel, primär T-förändring?
Kan ej utesluta
Djup Q-våg i avledning V6
Tidig repolarisation
Inkomplett högersidigt skänkelblock
ST-J-sänkning, sannolikt patologisk
ST-J-sänkning, sannolikt normal
(maskeras av fascikulärt block?)

Utlåtande
Svag misstanke om vänsterkammarhypertrofi, kan vara normal variant
Misstanke om LVH, kan vara normal variant
Icke-specifikt intraventrikulärt fördröjd överledning
Abnorm el-axel
, och förstoring av höger kammare
Möjlig
Stora QRS-amplituder anteriort.
Lungsjukdom?
Högerställd el-axel
Högerställd övre el-axel
Högerställd el-axel
RST' eller QR-mönster i V1 tyder på en fördröjning i höger kammaröverledning
S1-S2-S3-mönster, överväg lungsjukdom, högerkammar- eller normalvariant
ST-höjning, överväg tidig repolarisation, perikardit eller myokardskada
ST-höjning, sannolikt p.g.a. tidig repolarisation
med 2:1 AV-överledning
med 3:1 AV-överledning
med 4:1 AV-överledning
med 5:1 AV-överledning
med konkurrerande nodalt fokus
med snabb kammarfrekvens

Utlåtande
med retrograd överledning
med långsam kammarfrekvens
med arytmi



Rapportformat

Formatbeskrivning

Numeriska rapportnamn används för att beskriva hur EKG-data visas.

4 by 2.5s + 1

↑ ↑


A B

Rapportformat

Etikett	Beskrivning
A	Fyra kolumner med data innehåller 3 avledningar med 2,5 sekunder data i varje avledning.
B	En 10-sekunders rytmavledning.

Exemplarapporter

Nedan visas en exemplarapport för en avledning i formatet **4 x 2.5s**:



Sakregister

[##Extra tillbehör##] 44
12SL-utlåtanden 131

A

AC-filterinställning 105
Amplitudvariation i digitala
system 23
Anslutningsråd 66
använder startskärmen 50
artikelnummer
dokument 3
Automatisk lagring av
EKG 68
Automatisk lagring av EKG 68
Automatisk sändning av EKG 69
Avledningsföljd inställningar 92
Avledningsgrupper fönster 92
Avledningsgrupper inställningar 92

B

Baksida 39
Batteri
Avstängning för låg
batterinivå

Skriv ut EKG 120
Eladapter 123
Helt urladdat
Skriv ut EKG 120
Initial laddningstid 43
laddning 123
laddningssymbol 124
Säkerhetsmeddelanden 121
tider för laddning 124
Utbyte 122
Batterifack 41
Biokompatibilitet 21

C

Common Documentation
Library (CDL) 3

D

Datum- och tidsinställningar 104
dokument
artikelnummer 3
revision 3
Dokumentkonventioner 14

E

ECG

Avledningsföljd inställningar 92
efterlevnad 3

EKG

-inhämtning 95
-registrering 59
-registrering under
 defibrillering 22
Alternativ efter
 EKG-registrering 65
Alternativ före EKG-registrering 63
Anslutningsråd 66
Automatisk sändning 69
Avledningsgrupper
 inställningar 92
EKG-analysinställning 94
Exempelrapport 137
Hjärtdefibrillatorurladdning 22
Kalibreringskontroll 118
Oacceptabelt brus 126
Rapportformat 135
Registrering på
 pacemakerpatienter 22
Registrering vilo-EKG 59
Ryttrapport 67
Skriv ut efter avstängning för
 låg batterinivå 120
Skriv ut vid helt urladdat
 batteri 120
Systeminställning 88
 Vilo-EKG-rapporter, inställning 90
Eladapter 123
Enhetens baksida
 Produktetikett 33, 35

Serienummer 34
Serienummeretikett 33
Exempelrapport 137

F

Faromeddelanden, Se
 Säkerhetsmeddelanden
Felsökningstips 125
Från sidan 38
Funktionskontroll 48
Fönster för aktivering av
 tillvalsprogram 101
Fönster för lagra inställningar 112
Fönster för patientdatafrågor 98
Förberedelse patientens hud 53
Förvaring av termopapper 119

G

GE Healthcare
 Ansvar 21
 Common Documentation
 Library (CDL) 3
 handböcker 3

H

Handbokens målgrupp 13
Hjärtdefibrillatorurladdning 22
Huvudmeny 71
 Lagra EKG:n i
 PDF-format 85
 Lagra EKG:n in

- XML-format 84
- Rapportinställning 74
- SD-korts
 - Formatering 86
 - Låsa och låsa upp 85
 - rekommendationer 85
 - Utmatning 86
- Skriva ut lagrade EKG 73
- Sända lagrade EKG:n
 - i XML-format 77
 - till CardioSoft v6.61 78
 - via Seriell anslutning 76
- Sända lagrade EKG:n till MUSE 78
- Ta bort lagrade EKG:n 84
- Visa lagrade EKG:n 75

I

- IEC-klassificering 20
- Illustrationer 15
- Indikation för användning 13
- Information om användarhandboken 13
- Ingånganslutning för EKG-signal, Se Patientkablar
- Innehåll i lådan 44
- Insida 40
- Insignalreproduktion 23
- Inspektera enhet 116

Inställning

- Ställ in papperstyp 47
- Systemet** 96
 - AC-filterinställning 105

- Aktivering av tillvalsprogram 101
- Datum- och tidsinställningar 104
- Diverse inställningar 102
- Landsinställning 103
- Patientdatafrågor 98
- Skärmfärger 100
- Språkinställning 104
- Ställa in avledningsnoteringar 105

Systeminställning

- Avledningsföljd 92
- Avledningsgrupper 92
- EKG-analys 94
- EKG-funktion 88
- EKG-inhämtning 95
- Lagra inställningar 112
- Lagringsinställning 106
- PDF-konfiguration 107
- Skrivare** inställning 94
- Sändningsinställning 110
- Utskriftsinställningar 111
- Vilo-EKG-rapporter 90
- Återställ till fabriksinställningarna 113
- Åtkomst 87
- Inställning av demoläge 103
- Inställning av Filhanterarens sortering 102
- Inställning av informationslinje (hjälp) 102
- Inställning av systemets lösenord 103

Inställning för automatisk
avstängning 102

K

Kalibreringskontroll 118
Kod för aktivering av
tillvalsprogram 45
Komponenter och tillbehör
Säker användning i närhet av
patient 24
Valfria tillbehör 44
Kontraindikationer 14

L

Lagra inställningar 112
Lagringsinställning 106
Landsinställning 103
Lokalitetsnummerinställning 102

M

MAC 600
Amplitudvariation i digitala
system 23
Baksida 39
Batterifack 41
Biokompatibilitet 21
Framsida 37
Funktionskontroll 48
IEC-klassificering 20
Indikation för användning 13
Insida 40

Insignalreproduktion 23
Kalibreringskontroll 118
Knappsats 42
Kod för aktivering av
tillvalsprogram 45
Komponenter och tillbehör 24
Kontraindikationer 14
Patientkabel 38, 45
Pilplatta, användning 52
Produktetikett 35, 41
Produktsymboler 25
Programvarualternativ 45
Påfyllning av pappersrulle 47
Påfyllning av Z—vikt papper 46
SD-kortfack 39
Serviceinformation 33
Sidovy 38
Slå på 48
Ställ in papperstyp 47
Undersida 41
Valfria tillbehörsprodukter 44

Manual

Produktsymboler 25

Manualens

Dokumentkonventioner 14
Illustrationer 15
Tomma sidor 15
Manuell registrering 67
Meddelanden, Se
Säkerhetsmeddelanden
Menyalternativ, användning 51

O

OEM 3

Original Equipment
Manufacturer (OEM) 3

P

Papperspåfyllning 45
Pappersrulle 47
Patienthantering
 Förberedelse patientens hud 53
 Komponenter och tillbehör,
 säker användning 24
 Placering av elektroder för
 vilo-EKG 55
 Produktens biokompatibilitet 21
 Registrering på
 pacemakerpatienter 22
 Registrering under defibrillering 22
 Skriva in patientuppgifter 62
 Standardplacering med 12
 avledningar 55
Patientinformation 62
Patientkabel
 Anslutning 45
Patientkablar
 inpluggningsplats 38
PDF-konfiguration 107
Pilplatta, användning 52
Platsnummerinställning 102
Produktdekal 35
Produktetikett
 Placering 41
 Serienumeretikett 33
Produktsymboler 25
Produktunderhåll 116
Programvarualternativ

Aktivering av tillvalsprogram 101
Huvudmeny 71
Kod för aktivering av
tillvalsprogram 45

R

Rapportformat 135
Registrering vilo-EKG 59
Rengöra och desinficera enhet
 Försiktighetsåtgärder 117
 Schema 116
revisionshistorik 3
Rytmrapport 67

S

SD-kortfack 39
Serienummer 34
Serienumeretikett 33
Serviceinformation 33
Signal-inställning 102
Skrivare inställning 94
Skrivarhuvud, rengöring 118
Slå på system 48
Språkinställning 103104
Standardplacering med 12
 avledningar 55
Ställa in avledningsnoteringar 105
Systemfel 128
Systeminställningar 96
Systemnummerinställning 102
Säkerhetsmeddelanden 15
 batteri 121

Tillämpligt meddelande 15
Sändningsinställning 110

T

Tangentbord 42
Tillverkare, Se GE Healthcare
Tomma sidor 15

U

Undersida 41
Utrustningsproblem
Oacceptabelt brus i EKG 126
Papperstrassel 127
SD-kortsfel 127
Systemet startar inte 126
Systemfel 128

Utskriftsinställningar 111

V

Vilo-EKG-rapporter
Systeminställning 90
Vilo-EKG-rapportfönster 90
Vy framifrån 37

Z


Z-vikt pappersförpackning 46

Å

Återställ till
fabriksinställningarna 113



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: +1 414 355 5000
+1 800 558 5120 (US Only)



GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Straße 5
D-79111 Freiburg Germany
Tel: +49 761 45 43 -0

GE Medical Systems *Information Technologies, Inc.*, ett General Electric företag, marknadsförs som GE Healthcare.

www.gehealthcare.com

